



Pregão CPL – Comissão Permanente de Licitação <pregao@itapipoca.ce.gov.br>

ESCLARECIMENTOS REGISTRO DE PREÇOS - Nº 23.11.10/PE

Souza, Alcilene (GE HealthCare) <Alcilene.Souza@ge.com>

15 de agosto de 2023 às 20:37

Para: "pregao@itapipoca.ce.gov.br" <pregao@itapipoca.ce.gov.br>

Cc: "Moraes, Renata (GE HealthCare)" <Renata.Moraes@ge.com>, "Figueredo, Sidney (GE HealthCare)"

<Sidney.Figueredo@ge.com>, "Bicho, Miriam (GE HealthCare)" <Miriam.Bicho@ge.com>, "Gomes, Leonardo (GE HealthCare)" <Leonardo.Gomes1@ge.com>, "Barbalho, Joao P. (GE HealthCare)" <Joao.P.Barbalho@ge.com>



AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS- Nº 23.11.10/PE

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA ("GEHC") pessoa jurídica de Direito Privado, m localizada na Rua Vereador Joaquim Costa, nº 1405, Galpão 07 – Campina Verde Contagem - MG – CEP 32.150-240 Brasil, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.029.372/0002-21, com base no edital publicado, vem por meio desta, solicitar **ESCLARECIMENTOS** e requerer o quanto segue:

ESCLARECIMENTOS – ITENS 17 - 19 – 20

21.3. Substituir, no total ou em parte, qualquer objeto em que se verificar vícios, defeitos ou incorregbes resultantes da fabricação, no prazo de 05 (cinco) dias Úteis, contados a partir da notificação da Secretaria de Educação Basica sem qualquer custo para esta Secretaria;

Sobre esse texto, solicitamos uma dilatação deste prazo, em caso de necessidade de importação de peça. Todas as trocas e substituições de peças precedem atendimento técnico local, e consequente pedido da peça. As peças são enviadas do estoque no estado de São Paulo, ou importadas, caso não disponha em estoque local. A sua logística de transporte até o destino final, pode sofrer várias interrupções visto que haverá liberações por parte da ANVISA e SEFAZ. Em se tratando de peça com estoque local, o prazo médio solicitado de 5 dias úteis é factível, porém se tratando de peça com necessidade de importação, o prazo médio será de 15 dias, devido a complexidade da logística internacional e local. Podemos seguir com essa perspectiva de prazo? Salientamos que empreenderemos todos os esforços, para que esse prazo seja o menor possível.

OUTRO PONTO A ESCLARECER – ITENS 17 E 19

Quem será responsável pelas adequações civis e elétricas do site, para entrega e instalação dos equipamentos.?

Atenciosamente

Alcilene Souza

GE Healthcare Technologies

Government Assistant

M +55 81 98220 1199

alcilene.souza@ge.com

www.gehealthcare.com

GE Imagination at work

