



Pregão CPL – Comissão Permanente de Licitação <pregao@itapipoca.ce.gov.br>

## PEDIDO DE ESCLARECIMENTO -SRP - PE - 23.11.20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA - ITAIPOCA - CE - UL - RM

1 mensagem

Jairo Palma <jairo.palma@br.medical.canon>  
Para: "pregao@itapipoca.ce.gov.br" <pregao@itapipoca.ce.gov.br>  
Cc: Concorrência <concorrência@br.medical.canon>

18 de agosto de 2023 às 19:04



AO

GOVERNO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIPOCA

Itaipoca – CE

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.10/PE

TIPO MENOR PREÇO POR LOTE

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL DE ITAIPOCA.**

Prezado Pregoeiro, boa tarde!

A empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**, inscrita no **CNPJ sob o nº 46.563.938/0014-35**, vem, nos termos da Lei Federal e suas alterações e ainda nas disposições da Lei Federal 10.520/02, solicitar **ESCLARECIMENTO** dos termos do edital da licitação em epígrafe referente a aquisição do – **ITEM 17 – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**, pelos motivos expostos abaixo:

Ao analisarmos o edital verificamos que o prazo de entrega solicitado supostamente restringe e impede a participação de fornecedores no processo, impactando diretamente no aferimento de lances e economicidade ao erário, portanto se faz necessário algumas alterações, para que haja ampla concorrência, economicidade e todos os licitantes possam apresentar suas propostas de forma regular, e primordialmente propiciar a este órgão público a melhor análise de todas, para escolher a mais vantajosa para administração pública.

**PRAZO DE ENTREGA – ITEM 17 – RESSONÂNCIA MAGNÉTICA:**

**Onde se Lê:** prazo de entrega dos equipamentos hospitalares nacionais será de 180 (cento e oitenta) dias.

**Será aceito:** prazo de entrega dos equipamentos hospitalares nacionais será de 270 (duzentos e setenta) dias.

**Justificativa:** A alteração no prazo se faz necessária, afim de, atender o prazo praticado no mercado no momento, haja vista que, trata-se de um equipamento extremamente complexo, específico, com itens importados e tramites

alfandegários morosos, com fabricação just in time. Portanto, o prazo contido no edital é insuficiente para atender essa demanda, com isso, pedimos aceitação do prazo sugerido.



**DO PEDIDO:**

Senhor Pregoeiro, serve a presente para requerer à V.Sas. o pedido de aceitação no prazo de entrega acima citado para que possamos participar deste pleito e elaborar nossa proposta em igualdade de condições, propiciando a este órgão Público a análise de outras propostas e a escolha da mais vantajosa.

A Canon Medical possui uma ampla linha de produtos, é fornecedora tradicional no mercado Brasileiro tanto no mercado Público como no Privado e tem todo interesse em participar dos processos licitatórios instaurados por este Órgão.

Nestes Termos,

Pede Deferimento

Atenciosamente,

**Jairo Leiva**

**Canon Medical Systems do Brasil** | Departamento de Licitação

Avenida Ceci, 328, Tamboré, Barueri, São Paulo – Brasil – CEP 06460-120

**P** (55 11) 4134-0053 | **M** (55 11) 95079-9235

**E** jairo.palma@br.medical.canon | **W** br.medical.canon