



Pregão CPL – Comissão Permanente de Licitação <pregao@itapipoca.ce.gov.br>

Esclarecimento PE 23.11.12 - Item 21 e 22 - Ventiladores Pulmonares - Itapipoca/CE

Licita <licita@leistungbrasil.com>
Para: pregao@itapipoca.ce.gov.br

6 de dezembro de 2023 às 16:00

Boa tarde,



Verificando o edital, percebemos que o item 21 é ventilador de transporte, destinado ao uso em ambulância, porém possui um descritivo com modos ventilatórios e parâmetros avançados, como modos adaptativos, terapia de alto fluxo, tela grande, vários gráficos simultâneos, FIO2 21 a 100% e acessórios para utilização em beira leito, Pedestal e braço articulado.

Usualmente os equipamentos de transporte são bem mais simples pois são utilizados apenas durante o traslado até uma unidade de tratamento com todos os recursos disponíveis, porém este descritivo é mais complexo que o do item 22 que é destinado a UTI.

Diante disso, questionamos: O descritivo do item 21 é de UTI ou de transporte e, caso seja de transporte, que nos informe o descritivo para este tipo de equipamento.

Verificando o descritivo do item 22, notamos que faltam algumas informações para a apresentação de equipamento que melhor atenda ao órgão. Assim, questionamos:

1. Quais os parâmetros de controle (volume, pressão, fluxo, sensibilidade, frequência, etc...) mínimos e máximos exigidos do equipamento?
2. Quais os parâmetros monitorados (curvas, gráficos, tendências etc...);
3. Quais Recursos e características, como nebulização, alarmes, etc... exigidos para o equipamento?

Assim, podemos dimensionar o equipamento que melhor atenda às necessidades da administração.

Favor, confirmar o recebimento.

Atenciosamente,


**Alisson Salvate Becher
Leistung**

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**LEISTUNG**

Rua João Ropelatto, 202
 Nereu Ramos - Jaraguá do Sul - SC - Brasil
 CEP: 89265-520
 +55 (47) 3371-2741 / (47) 99688-3218
 leistung@leistungbrasil.com - www.leistungbrasil.com



As informações contidas nesta mensagem podem ser confidenciais. Foi enviado para uso exclusivo do (s) destinatário (s) pretendido (s). Se o leitor desta mensagem não for o destinatário pretendido, você está notificado que qualquer leitura, uso, publicação, disseminação, distribuição ou cópia desta comunicação ou seu conteúdo é estritamente proibido. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, agradeceremos por nos notificar por e-mail imediatamente e excluí-la do seu sistema.

**11 a 14 de novembro****Centro de Convenções de João Pessoa - PB****Stand: 02****LEISTUNG**

CBMI
 XVIII CONGRESSO BRASILEIRO
 DE MEDICINA INTENSIVA
 FLORIANÓPOLIS - 2023

23 a 25 de novembro**CentroSul - Florianópolis/SC****Stand: 24A****LEISTUNG**