



PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍPOCA/MG
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.10

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda., tem a grata satisfação de disponibilizar para sua análise a presente proposta comercial relativa às soluções do nosso portfólio

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

Razão Social: Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda.

CNPJ: 71.256.283/0001-85

Inscrição Estadual: 448.8680.18.035

Endereço: Rua Star, 420 - Jardim Canadá - Nova Lima/MG - CEP 34007-666

Telefone: (31) 3117-4400

Celular: (31) 9893-4692

E-mail: licitacao.healthcare@konicaminolta.com; davi.valerio@konicaminolta.com; mel.borges@konicaminolta.com; vitoria.reis@konicaminolta.com

Dados Bancários: Banco do Brasil (001)
Agência 2350-7
Conta Corrente 106371-5

DADOS DA PROCURADORA LEGAL

Nome: Nayara Martins Santos de Almeida Felipe

Nacionalidade: Brasileira

Estado Civil: Casada

CPF: 071.770.556-06

RG: MG-11.929.981 SSP

OBS: Dados para assinatura do contrato/ata

REFERÊNCIA

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UN.
06	Digitalizador CR Regius Sigma II – 60 + Impressora de Filmes DryPro Sigma II	1	UNIDADE




KONICA MINOLTA



ITEM 06 - DIGITALIZADOR CR REGIUS SIGMA II_60

REGIUS Σ II



O digitalizador Regius Sigma II (monocassetes) oferece uma solução compacta e acessível para sua clínica de radiologia, mantendo a qualidade de imagem superior e a confiabilidade esperada da família de digitalizadores Konica Minolta Regius. Combinado com o software ImagePilot, o CR Regius Sigma II oferece uma operação simples com um fluxo de trabalho ágil e otimizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Resolução de leitura 87,5 µm e 175 µm para radiologia geral
- Cassetes compatíveis: 14"x17" (35x43 cm), 14"x14" (35x35 cm), 10"x12" (24x30 cm), 8"x10" (18x24 cm) e 15"x30 cm
- Nível de gradação digital de 12 bits (4.096 níveis de cinza)
- Processamento de até 60 cassetes/hora tamanho 14"x17" (35x43 cm)

Console de Operação ImagePilot

ImagePilot



Plataforma completamente integrada que combina o registro do paciente, aquisição digital das imagens, fluxo de trabalho simplificado e possibilidade de distribuição das imagens tudo em um único sistema. A seleção das incidências ou as tags do exame, são facilmente escolhidas anterior a exposição radiográfica e o AutoPilot auxilia no processamento das imagens.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CPU - Core i3 – 4 GB de RAM - 500 GB de HD - Windows 10 64 bits - teclado e mouse.
- Capacidade de armazenamento de no mínimo 10.000 imagens
- Monitor de 24 polegadas touch screen
- Conectividade DICOM 3.0
- DICOM Storage
- DICOM Print
- DICOM MWM para conexão RIS e HIS



- Conversão da imagem para formato JPEG
- Processamento automático das imagens por região anatômica de estudo
- Eliminação das linhas de grade
- Inserção de textos fixos ou editados, linha, seta, retângulo e formas livres
- Medidas de distância e ângulo
- Magnificação (zoom) da imagem
- Visualização em tela cheia
- Rotação, movimentação e inversão da imagem
- Alteração de densidade e sensibilidade com ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho
- Escurecimento automático da imagem (máscara)
- Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário
- Impressão de até 25 imagens por película
- Acesso ao sistema através de login e senha

CONFIGURAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Qtd.
2086	CR REGIUS SIGMA II 60 <ul style="list-style-type: none">o MONITOR DELL TOUCH SCREEN DE 23"o PC DELL OPTIPLEX - COMPLETOo CR SIGMA BR7o ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO IMAGEPILOT (SW) ANVISA 80101380014 Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão	1
-	ANO DE GARANTIA	1

Itens complementares		
Código	Descrição	Qtd.
652	Cassete & Plate Sigma 20x25 – 8"x10"	2
655	Cassete & Plate Sigma 25x30 – 10"x12"	2
657	Cassete & Plate Sigma 35x43 – 14"x17"	2
2766	Nobreak 1kVA dupla conversão	1



KONICA MINOLTA



ITEM 06 - IMPRESSORA DE FILMES DRYPRO SIGMA 2


DRYPRO Σ II

A DRYPRO Sigma 2 é uma impressora dry com tecnologia laser perfeita para complementar seu departamento de radiologia. Com qualidade de imagem, versatilidade, desempenho e um projeto compacto, esta impressora atende os exigentes requisitos dos mais modernos departamentos de imagem.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidade de processamento de 70 filmes/hora no tamanho 14"x17" (35x43 cm);
- Filmes compatíveis: 14"x17" (35x43 cm), 11"x14" (28x35 cm), 10"x12" (25x30 cm) e 8"x10" (20x25 cm);
- Máximo de 125 filmes por bandeja;
- Duas bandejas de fornecimento para até dois tamanhos de filmes simultâneos;
- Ajuste de densidade;
- Densidade de 3,6;
- Tamanho do pixel: 50 μ m (508 dpi);
- Memória 2GB;
- Conexão DICOM Print Management SCP (DICOM 3.0 Nativo);
- Profundidade de contraste de 14 bits (16.384 níveis).





KONICA MINOLTA



CONFIGURAÇÃO GERAL

Código	Descrição	Qtd.
6869	DRYPRO Sigma II o IMPRESSORA DRYPRO SIGMA II ANVISA 80101380011 Fabricante/Marca Konica Minolta, Inc. Procedência Japão	1
-	FILME PARA TESTE (125 PELÍCULAS)	1
-	ANO DE GARANTIA	1

Item Complementar		
Código	Descrição	Qtd.
-	NOBREAK DE 2KVA COMPATIVEL	1

PREÇO

Qtd.	Modelo	Valor total
1	Digitalizador CR Regius Sigma II – 60 + Impressora de Filmes DryPro Sigma II	R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais)

CONDIÇÕES COMERCIAIS

A Konica Minolta Healthcare do Brasil Indústria de Equipamentos Médicos Ltda. declara que:

- Os produtos ofertados atendem todas as especificações exigidas no Edital e que atende integralmente todas as condições estabelecidas no edital, inclusive seus anexos, obrigando-se ao cumprimento de todas as exigências nele contidas.
- Os preços ofertados incluem todos os impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital.
- A proposta apresentada para participar deste processo foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Será realizado treinamento adequado dos usuários para operação dos equipamentos no local da instalação dos mesmos sem ônus para a administração.
- As peças de reposição estarão disponíveis no mercado, para aquisição futura, por um período não inferior a 05 (cinco) anos.



KONICA MINOLTA



- Os equipamentos licitados serão entregues devidamente instalados nos locais determinados pelo Órgão, sem custos adicionais, quando da emissão da Autorização de Fornecimento, estando todos os custos de tal operação incluídos nas propostas apresentadas.
- Será prestado serviço de assistência técnica, conforme previsto nos manuais, durante o período de garantia, no local de instalação do equipamento prestada diretamente pelo nosso representante devidamente credenciado na região.
- Dispomos de toda a infraestrutura para atender as exigências e cumprir com os compromissos firmados em conformidade com o edital.
- Demais condições de acordo com o solicitado no edital e seus anexos.

Validade: 60 (sessenta) dias a contar com a data de apresentação.

Pagamento: Caso a Nota Fiscal seja devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde e encaminhada a Secretaria de Finanças, o pagamento será efetuado até o 30º dia após o recebimento da Nota Fiscal pela Contratante.

Prazo de Entrega: A entrega será única e no prazo de 30 (trinta) dias corridos após o recebimento da Ordem de Compra.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses.

Demais Condições: Vide edital.

Nova Lima, 07 de Dezembro de 2023.



**KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**

CNPJ/MF nº71.256.283/0001-85

Representado por Procurador Nayara Martins Santos de Almeida Felipe
(assinatura com Certificado Digital ICP-BRASIL)

