

# LEISTUNG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIOCA  
SECRETARIA DE SAÚDE  
ESTADO DO CEARÁ**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.10/PE  
PROCESSO Nº 23.11.10/PE**

**OBJETO: O PRESENTE PREGÃO ELETRÔNICO TEM COMO OBJETO É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ITAPIOCA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

## ANEXO II

### PROPOSTA DE PREÇOS

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta exigidas no Edital do pregão acima citado.

#### 1. IDENTIFICAÇÃO:

##### DADOS DA EMPRESA

<b>Razão Social:</b> Leistung Equipamentos Ltda	<b>CNPJ:</b> 04.187.384/0001-54
<b>Endereço:</b> R. João Ropelatto, nº 202	<b>Bairro:</b> Nereu Ramos
<b>Cidade:</b> Jaraguá do Sul	<b>CEP:</b> 89.265-520
<b>Estado:</b> Santa Catarina	<b>Inscrição Estadual:</b> 25.441.710-8
<b>Inscrição Municipal:</b> 25536	<b>Telefone:</b> (47) 3371-2741
<b>Fax:</b> (47) 3371-9267	<b>E-mail:</b> licita@leistungbrasil.com

##### 2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO

MARCELO JAVIER FERNANDEZ, argentino, casado, empresário, sócio gerente, residente e domiciliado a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, cidade Jaraguá do Sul, SC, inscrito no CPF sob o nº 831.651.180-00, RG nº 7.979.585 emitido 16/10/17, órgão emissor SSP/SC, (conforme poderes outorgados na 14ª Alteração Contratual). Telefone: (47) 99688-3218, e-mail: licita@leistungbrasil.com.

##### DADOS BANCÁRIOS

<b>Nome do Banco:</b> Banco do Brasil S.A.	<b>Nº do Banco:</b> 001
<b>Nome/Nº da Agência:</b> 2011-7	<b>Nº da Conta Corrente:</b> 12745-0
<b>Praça de Pagamento:</b> Corupá, SC.	
<b>Endereço da Agência Bancária:</b> Avenida Getúlio Vargas, nº 04, Centro - Corupá/SC - CEP: 89.278-970.	

#### 3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520 - Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [licita@leistungbrasil.com](mailto:licita@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173



#### 4. PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Especificação	Und	Qtd	Marca	Valor Unitário	Valor Total
21	<p><b>VENTILADOR PULMONAR</b>  <b>Marca: Leistung</b>  <b>Modelo: PR5</b>  <b>Adulto Pediátrico e Neonatal</b>  <b>COM TELA GRÁFICA LCD de 10.4"</b>  <b>(Touch Screen)</b>  <b>Nº. Registro da ANVISA: 80203470017</b>  <b>Fabricante: Leistung Equipamentos Ltda</b>  <b>Produto de origem Nacional</b></p> <p>O ventilador PR5 está entre os mais completos ventiladores pulmonares do mercado, disponibilizando todos os modos ventilatórios necessários para atendimento em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, além do menu de mecânica respiratória para vários diagnósticos.          Oferece alta qualidade ventilatória adaptada a cada paciente com ajustes rápidos e seguros de cada parâmetro ventilatório, provendo ao profissional um trabalho agradável que permite maior atenção ao paciente.</p> <p><b>MODOS VENTILATÓRIOS</b>  <b>- ADULTO / PEDIÁTRICO</b>          • VC assistido/ controlado          • PC assistido / controlado          • PS/CPAP          • PRVC assistido/ controlado          • SIMV(VC) + PS          • SIMV(PC) + PS          • Pressão bifásica (APRV)          • HFNC          • Ventilação Não Invasiva  <b>- NEONATAL</b>          • PC assistido / controlado          • PS/CPAP          • Fluxo contínuo (TCPL)          • CPAP Nasal          • HFNC</p> <p>Ventilação de backup disponível em todos os modos ventilatórios.</p> <p><b>- PRVC</b></p>	UN	01	Leistung	R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais).	R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais).

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417-108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



<p>Associa o melhor dos modos ventilatórios controlados convencionais de volume e pressão, provendo o volume ajustado pelo operador com a menor pressão possível. A função utiliza forma de onda de fluxo livre, controle com realimentação da complacência e resistência do paciente.</p> <p><b>- COMPENSAÇÃO DE FUGA DE AR</b> O PR5 Touch monitora constantemente a queda de pressão na via aérea. Essa tecnologia disponível nos modos de pressão, identifica o escape de ar e ajusta automaticamente as pressões na via aérea. Podendo compensar até 20 l/mín, o que torna a VNI confortável e segura.</p> <p><b>CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilação Neonatal</li> <li>• Configuração do paciente</li> <li>• Mecânicas Ventilatórias</li> <li>• FIO<sub>2</sub> 40 a 100%</li> <li>• Compensação de altitude</li> <li>• Ajuste do volume</li> <li>• Histórico de alarmes</li> <li>• Rise time automático</li> <li>• Ventilação não invasiva</li> <li>• Compensação de fugas</li> <li>• Leitura de fluxo proximal</li> <li>• Função O<sub>2</sub> 100%</li> <li>• Tendência de 24h</li> <li>• Sensibilidade inspiratória de fluxo ou pressão</li> <li>• Bateria de 10h</li> <li>• Cálculo automático do peso teórico</li> <li>• Interface intuitiva</li> <li>• Interface personalizável com memória</li> </ul> <p><b>GERAL</b></p> <p><b>- CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hora e data atual</li> <li>• Hora e data do equipamento ligado</li> <li>• Bloqueio da tela touch screen</li> <li>• Indicador gráfico de fonte externa e bateria</li> <li>• Indicador do nível de carga da bateria</li> <li>• Barras indicadoras de faixa de ajuste dos parâmetros</li> <li>• Barra gráfica da pressão ventilatória com indicador do nível dos alarmes</li> <li>• Leitura da FIO<sub>2</sub> por célula galvânica ou pneumotacógrafo.</li> </ul>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Símbolo para Stand by</li> <li>• Símbolo para histórico de alarme</li> </ul> <p><b>CONFIGURAÇÕES INICIAIS</b></p> <p>Parâmetros do paciente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paciente: adulto; pediátrico ou neonatal</li> <li>• Sexo: masculino, feminino</li> <li>• Altura</li> <li>• Peso teórico</li> <li>• Volume por peso</li> </ul> <p>Parâmetros do circuito ventilatório:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface: tubo, cânula ou máscara</li> <li>• Diâmetro</li> <li>• Comprimento</li> <li>• Umidificador: ativo; passivo</li> </ul> <p><b>PARÂMETROS</b></p> <p><b>- CONTROLES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FIO<sub>2</sub>: 40 a 100%</li> <li>• Tempo inspiratório: 0,2 a 10s</li> <li>• Relação I:E: 5:1 - 1:99</li> <li>• Frequência do ventilador: 1 - 150 rpm</li> <li>• Volume corrente: 10 a 2.500 ml (2,0 ml em fluxo contínuo e 4000 ml em modos por pressão)</li> <li>• Sensibilidade: Por fluxo: 0,5 a 10 l/min.   Por pressão: -0,5 a -10,0 cmH<sub>2</sub>O (PEEP compensado)</li> <li>• Pressão controlada (PCV): 2 a 60 cm H<sub>2</sub>O sobre PEEP</li> <li>• Pressão de suporte (PSV): 2 a 60 cm H<sub>2</sub>O sobre PEEP</li> <li>• Pressão inspiratória: 0 a 120 cm H<sub>2</sub>O</li> <li>• Rise time: 6 níveis</li> <li>• Sensibilidade expiratória: 5 a 80%</li> <li>• Tempo de apneia: 5 a 60s</li> <li>• PEEP / CPAP: 0 a 50 cm H<sub>2</sub>O</li> <li>• Fluxo inspiratório: 0 a 130 l/min.</li> <li>• Fluxo expiratório: Até 130 l/min.</li> <li>• O<sub>2</sub> 100%: 1 a 20 min.</li> <li>• Forma de onda de fluxo: Quadrada / Desacelerada 100% / Desacelerada 50% / Sinusoidal / Acelerada</li> <li>• Válvula de segurança interna de pressão inspiratória: Ajustada em 120 cm H<sub>2</sub>O</li> <li>• Válvula reguladora de pressão de entrada de O<sub>2</sub>: Incorporada internamente ao equipamento</li> </ul>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)


**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173



<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspiro (modo VCV): Ciclos por hora, quantidade, volume tidal máximo</li> <li>• Escalas automáticas: Automática para amplitude e configurável para tempo</li> <li>• Congelar gráficos: Com grade para fácil interpretação dos valores</li> <li>• Stand by: Mantém o ventilador em espera sem alteração da programação</li> <li>• Ventilação de backup: Disponível em todos os modos ventilatórios</li> <li>• Compensação de altitude: Compensação automática de altitude</li> <li>• Nível do som de alarme: 20 a 100%</li> <li>• Silêncio de alarme: Até 120 segundos</li> </ul> <p><b>MONITORIZAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressão da via aérea: pico: 0 a 120 cmH<sub>2</sub>O</li> <li>• Platô: 0 a 120 cmH<sub>2</sub>O</li> <li>• Média: 0 a 120 cmH<sub>2</sub>O</li> <li>• Base (PEEP): 0 a 120 cmH<sub>2</sub>O</li> <li>• Tempo inspiratório: 0,1 a 10s</li> <li>• Tempo expiratório: 0,1 a 59s</li> <li>• Relação I:E: 49:1 a 1:99</li> <li>• Volume corrente inspirado/expirado (distal e proximal): 0 a 9,99 l</li> <li>• Pico de fluxo inspiratório (distal e proximal): 140 l/min</li> <li>• Pico de fluxo expiratório (distal e proximal): 120 l/min</li> <li>• Complacência dinâmica: 999 ml/cmH<sub>2</sub>O</li> <li>• Frequência total e espontânea: 1 a 250 rpm</li> <li>• Indicador gráfico de ciclos espontâneos e mecânicos: Símbolos e gráficos</li> <li>• Volume minuto (distal e proximal): 0,01 a 50 l/min.</li> <li>• Concentração de FIO<sub>2</sub>: 40 a 100%</li> <li>• Relação TI/TTOT: 98,00%</li> <li>• Total de fugas: 0 a 100%.</li> <li>• Nível de carga da bateria: Barra proporcional %</li> <li>• Complacência do circuito paciente: 4,0 ml/cmH<sub>2</sub>O</li> </ul> <p><b>- ALARMES PROGRAMÁVEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressão máxima</li> <li>• Pressão mínima</li> <li>• Volume corrente máximo</li> <li>• Volume corrente mínimo</li> </ul>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.208  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-8267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173





<ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume minuto máximo</li> <li>• Volume minuto mínimo</li> <li>• Frequência máxima</li> <li>• Frequência mínima</li> <li>• FIO<sub>2</sub></li> <li>• PEEP</li> <li>• Apneia</li> </ul> <p><b>- ALARMES AUTOMÁTICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baixa pressão de Oxigênio</li> <li>• Bateria baixa</li> <li>• Microprocessador (Ventilador Inoperante)</li> <li>• Relação I:E Invertida</li> <li>• Desconexão paciente</li> <li>• Desconexão do sensor proximal</li> </ul> <p><b>- MECÂNICAS VENTILATÓRIAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autô PEEP</li> <li>• Complacência e resistência</li> </ul> <p><b>- TENDÊNCIA GRÁFICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume corrente</li> <li>• Volume minuto</li> <li>• Frequência</li> <li>• Complacência dinâmica</li> <li>• Pressão pico</li> <li>• Fluxo</li> <li>• EtCO<sub>2</sub></li> </ul> <p>(Tendências gráficas até 24h com auxílio de grades para análise)</p> <p><b>- ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL (ATÉ 5 CURVAS SIMULTÂNEAS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressão - tempo</li> <li>• Fluxo - tempo</li> <li>• Volume - tempo</li> <li>• Loop volume - pressão</li> <li>• Loop fluxo - volume</li> <li>• Loop pressão - fluxo</li> <li>• EtCO<sub>2</sub> - Tempo (opcional com capnógrafo)</li> </ul> <p><b>- HISTÓRICO DE ALARMES OU EVENTOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1000 eventos com data, hora e alarme</li> </ul> <p><b>- MENSAGENS COMPLEMENTARES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sem sensor de fluxo proximal</li> </ul>									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
 ☎ (47) 99985-6173

Página 6 de 9

<p><b>- OUTRAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA DO VENTILADOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aviso de necessidade de manutenção por hora de uso</li> <li>• Possibilidade de funcionamento sem sensor proximal</li> <li>• Possibilidade de funcionamento sem célula de oxigênio</li> <li>• Compensação de fugas em todos os modos ventilatórios (VNI)</li> </ul> <p><b>FONTE EXTERNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão - corrente: 100V - 240V</li> <li>• Potência nominal: 175 VA</li> <li>• Tensão saída: 24V</li> <li>• Corrente máxima de saída: 7,3A</li> </ul> <p><b>BATERIA INTERNA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tensão nominal: 18V</li> <li>• Capacidade nominal: 7,5Ah</li> <li>• Tipo: Bateria de Lítio (Li+)</li> <li>• Bateria: 10 horas de Autonomia</li> </ul> <p><b>ENTRADA PNEUMÁTICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oxigênio (O<sub>2</sub>): Entrada DISS 9/16" -18</li> <li>• Pressão: 250 - 700 kPa (2,5 - 7 bar)</li> <li>• Fluxo máximo consumo: Até 150 l/min.</li> </ul> <p><b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura: 321mm</li> <li>• Comprimento: 360mm</li> <li>• Profundidade: 270mm</li> <li>• Peso do equipamento: 6,9 Kg</li> <li>• Peso do pedestal: 12,6 Kg</li> <li>• Tela <i>touch screen</i>: 10,4 polegadas</li> </ul> <p><b>GENERALIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Classificação de produto médico: Classe III</li> <li>• Modo de operação: Funcionamento contínuo</li> <li>• Classificação contra choque elétrico (isolamento): Classe II - equipamento energizado internamente</li> <li>• Classificação de proteção contra choque elétrico: Tipo B</li> <li>• Grau de proteção contra penetração nociva de água: IP 33</li> </ul>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
**(47) 99985-6173**



<p><b>Demais características conforme manual do equipamento</b></p> <p><b>ACESSÓRIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Manual de Instruções;</li> <li>• 1 Manual Técnico;</li> <li>• 1 Circuito de Silicone paciente pediátrico/adulto (autoclavável);</li> <li>• 1 Circuito de Silicone paciente neonatal/pediátrico (autoclavável);</li> <li>• 1 Válvula exalatória;</li> <li>• 1 Sensor de fluxo proximal Adulto;</li> <li>• 1 Sensor de fluxo proximal Neonatal;</li> <li>• 1 Mangueira de oxigênio;</li> <li>• 1 Fonte de alimentação completa;</li> <li>• 1 Suporte de fixação em maca;</li> <li>• 1 Alça para transporte;</li> <li>• 1 Umidificador aquecido;</li> <li>• 1 Jarra para umidificador;</li> <li>• 1 Braço articulado para circuito paciente;</li> <li>• 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios sendo dois rodízios com travas e pintura anti-corrosiva;</li> </ul>					
--	--	--	--	--	--

**VALOR UNITÁRIO DO ITEM 21:** R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais).

**VALOR TOTAL DO ITEM 21:** R\$ 41.000,00 (Quarenta e um mil reais).

**Declaramos que nos valores apresentados acima estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.**

**Declaramos que temos o pleno conhecimento, aceitação e que cumprimos todas as obrigações contidas no anexo 1 - Termo de Referência deste Edital.**

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** será efetuado através de depósito em conta bancária, informado nesta proposta, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da Nota Fiscal.

**PRAZO DE ENTREGA:** em até 10 (dez) dias, após a assinatura do contrato e recebimento da Ordem de Fornecimento.

**ENDEREÇO DE ENTREGA:** Almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua Antônio Assunção S/N - Bairro Julho, Itapipoca-Ceará.

**GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS:** Os equipamentos ofertados possuem garantia da qualidade, contra defeitos de fabricação pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses contados da data de emissão da Nota Fiscal, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente ou desgaste natural.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108  
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos  
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267  
[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**  
☎ (47) 99985-6173

Página 8 de 9



# LEISTUNG



CERTIFICADO BPF  
SO 13485/2016  
R 04-02 (4)  
Rev07

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** Prestada pela própria Indústria:  
**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.**

**CNPJ: 04.187.384/0001-54**

Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos,  
89.265-520 Jaraguá do Sul - SC

Tel: (47) 3371-2741 Fax: (47) 3371-9267

CREA empresa - Registro: 064660-4

Eng. Responsável: MATEUS EMRICH MONNERAT

Registro: SC S1 088984-3 Expedido pelo CREA-SC

**Autorização de funcionamento ANVISA N° GHL3983MX9H2.**

**Declaramos inteira submissão ao presente termo e legislação vigente.**

Jaraguá do Sul/SC, 08 de dezembro de 2023.

**Leistung Equipamentos Ltda.**

**CNPJ: 04.187.384/0001-54**

Andréia Aparecida Pазze

Gerente Comercial - Procuradora

CPF: 972.395.850-34

RG: 4077522251-SSP/RS

**04.187.384/0001-54**

**LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua João Ropelatto, 202

89265-520 - Nereu Ramos

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

[www.leistungbrasil.com](http://www.leistungbrasil.com) - E-mail: [leistung@leistungbrasil.com](mailto:leistung@leistungbrasil.com)

**Assistência Técnica**

**☎ (47) 99985-6173**

Página 9 de 9