




REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ/MF 28.578.249/0001-06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.692377-8
RUA MANUEL ARRUDA Nº. 400 - BAIRRO: MESSEJANA
CEP. 60.842-090 - FORTALEZA - CEARÁ - FONE/FAX (85) 3272-2320



PROPOSTA DE PREÇOS

Fortaleza – CE, 08 de dezembro de 2023

À
Prefeitura Municipal de Itapipoca
Comissão de Licitação – Pregão

Prezado (a) Senhor (a),

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.11.10/PE, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE Nº 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO – SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA / CE, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

ITEM	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT	MARCA / FABRICANTE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
6	CR- DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRAFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 em. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multifrequencial. Gravação de imagem DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc.). Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USE). Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo. Rotação / inversão de imagem. Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens. Magnificação da imagem para visualização. Processamento para eliminação das linhas de grade. Serviço DICOM 3.0, Storage. Serviço DICOM 3.0 Print. Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist	UND	1	FUJIFILM	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

Handwritten signature and initials
1
A C



REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
 CNPJ/MF 28.578.249/0001-06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.692377-8
 RUA MANUEL ARRUDA Nº. 400 - BAIRRO: MESSEJANA
 CEP. 60.842-090 - FORTALEZA - CEARÁ - FONE/FAX (85) 3272-3720




	<p>Management. Serviço DICOM 3.0 Storage Commitment. Serviço DICOM 3.0 Modality Performed Procedure Step. Acompanham equipamento cassetes para o digitalizador de Raios-X: no mínimo 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 35 x 43 em, no mínimo 2 cassetes com placa de fósforo tamanho 24 x 30 em e no mínimo 2 cassetes com placa de fosforo tamanho 18 x 24 em. Sistema de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos. Densidade óptica impressão mínima de 3.2, capacidade de impressão mínima de 70 filmes por hora tamanho 35 x 43 cm, capacidade de memória mínima de 1 GB. Impressão no DICOM 3.0. Para uso em modalidades médicas, com impressão de tecnologia e resolução mínima de 300 dpi para todas as imagens nela geradas. Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes. Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0. Calibração automática da densidade de cada filme impresso. Escala de cinza de no mínimo 12 bits. Trabalhar com, no mínimo, 2 tamanhos diferentes de filmes simultaneamente carregados no equipamento (on-line).</p> <p>MODELO CR: CR T2 COM CONSOLE ADVANCE MODELO IMPRESSORA: DRY LITE</p> <p>REG ANVISA CR: 80022060015 REG ANVISA IMPRESSORA. 80022060027</p> <p>GARANTIA: 12 MESES</p> <p>PROCEDÊNCIA: IMPORTADO</p> <p>FABRICANTE: FUJIFILM CORPORATION - JAPÃO</p>					
8	<p>EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10". Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; Imagem trapezoidal nos transdutores lineares; software para visualização de agulha: pelo menos 2 portas USB disponíveis no sistema; Read Zoom</p>	UND	1	FUJIFILM SONOSITE INC.	R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA
CNPJ/MF 28.578.249/0001-06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.692377-8
RUA MANUEL ARRUDA Nº. 400 - BAIRRO: MESSEJANA
CEP. 60.842-090 - FORTALEZA - CEARÁ - FONE/FAX (85) 3272-2720

<p>/Write Zoom; protocolo Dicom; sistema wireless: pelo menos 100GB de armazenamento interno; software que proporciona as medições automáticas da espessura da camada íntima-média nas artérias carótidas e em outros vasos superficiais; faixa dinâmica de pelo menos 190 dB; Todos os transdutores deverão ser eletrônicos multifrequenciais em tecnologia de banda larga com seleção automática das frequências; 1 Transdutor Convexo com frequência de 1 a 6 MHz, com variação de +1- 1 MHz 1 Transdutor Linear com frequência de 4 a 12 MHz, com variação de +1- 1 MHz. 1 Transdutor Endocavitário com frequência de 4 a 9 MHz, com variação de +1- 1 MHz Carro suporte que seja totalmente compatível com o equipamento oferecido para segurança no transporte e com os ajustes ergonômicos necessários; nobreak de acordo com a especificação do fabricante. Garantia mínima de 01 ano. Registro na ANVISA</p> <p>MODELO: M TURBO C REG ANVISA: 80022060089 GARANTIA: 12 MESES PROCEDÊNCIA: IMPORTADO FABRICANTE: SONOSITE INC</p>						
---	--	--	--	--	--	--



O VALOR TOTAL DA PROPOSTA É DE: R\$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais)

DADOS DA EMPRESA:

REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS LTDA
Nome Fantasia: ALFEMA FORTALEZA
CNPJ: 28.578.249/0001-06
Inscrição Estadual: 66923778
Optante pelo Simples? SIM () NÃO (X)
Endereço: RUA MANUEL ARRUDA, 400. BAIRRO: MESSEJANA.
CEP: 60.842-090 - FORTALEZA - CE
Telefone/Fax: (91) 3349-2455 - LICITAÇÕES / (85) 3272-2720 - COMERCIAL E ENTREGAS
E-mail: comercial@mvlicitacoes.com - financeiro@regionalfortaleza.com

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: LUIZ GONZAGA LOPES NETO.
Nacionalidade: BRASILEIRO
Estado civil: CASADO
RG: 1236723 SSP/MS
CPF: 954.869.841-20

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3680-1
CONTA: 26540-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

[Handwritten signature] 3

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ/MF 28.578.249/0001-06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 06.692377-8
RUA MANUEL ARRUDA Nº. 400 - BAIRRO: MESSEJANA
CEP. 60.842-090 - FORTALEZA - CEARÁ - FONE/FAX (85) 3272-2720

Declaramos que os preços ofertados estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).



Fortaleza, 08 de dezembro de 2023.

Luiz G. Lopes Neto

LUIZ GOMES LOPES NETO

CPF: 954.869.841-20

RG: 1236723 SSP/MS

SÓCIO / ADMINISTRADOR

[Handwritten signature] 4

[Handwritten signature]