



## ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE ITAPIPOCA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - (CE)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE ITAPIPOCA / N° Processo: 23.11.10/PE)

às 10:05:41 horas do dia 08/12/2023 no endereço AV MONSENHOR TABOSA-3027, bairro JULHO, da cidade de ITAPIPOCA - CE, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). OSEIAS LUIS IRINEU, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão N° Processo: 23.11.10/PE - 2023/23.11.10PE que tem por objeto REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O HOSPITAL REGIONAL DE ITAPIPOCA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE AJUSTE N° 002/2023, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO SESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA CE.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:22:45:116	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.245.000,00
06/12/2023 13:45:22:910	PHOENIX LUFERCO LTDA	R\$ 338.640,00
22/08/2023 08:29:59:960	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 1.020.000,00
08/12/2023 09:11:47:201	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 296.354,90
21/08/2023 17:10:59:466	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 472.500,00
21/08/2023 16:41:37:010	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 450.000,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50,

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 15:09:40:591	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 32.727,30
08/12/2023 08:27:37:625	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.700,00
21/08/2023 16:41:37:010	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 72.000,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 120.000,00
07/12/2023 19:06:37:432	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 42.000,00

Lote (3) - 3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 15:09:40:591	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 163.636,50
22/08/2023 08:29:59:960	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 269.100,00
21/08/2023 09:43:06:526	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 249.000,00
08/12/2023 09:11:47:201	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 186.162,00
21/08/2023 17:10:59:466	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 157.500,00
21/08/2023 16:41:37:010	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 360.000,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300.000,00
07/12/2023 19:06:37:432	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 210.000,00

*(Handwritten signatures and marks)*

Lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 15:09:40:591	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 32.727,30
08/12/2023 09:11:47:201	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 59.977,80
21/08/2023 17:10:59:466	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 33.600,00
07/12/2023 14:08:08:240	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 90.000,00
08/12/2023 08:27:37:625	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.700,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 60.000,00
07/12/2023 19:06:37:432	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 42.000,00

Lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 08:29:59:960	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 151.200,00
21/08/2023 09:43:06:526	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 103.290,00
07/12/2023 14:08:08:240	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 90.000,00
21/08/2023 16:17:16:393	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 84.000,00
08/12/2023 08:27:37:625	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 60.375,00
21/08/2023 16:41:37:010	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 135.000,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 150.000,00
07/12/2023 19:06:37:432	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 100.200,00

Lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm

em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 10:08:47:734	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 250.000,00
21/08/2023 17:41:24:867	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 534.000,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 360.000,00
08/12/2023 08:16:35:464	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR IND DE EQUIP MEDIC	R\$ 150.000,00
07/12/2023 16:41:48:700	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLO	R\$ 180.000,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200.000,00
07/12/2023 19:12:17:640	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 186.000,00

Lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:41:24:867	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 60.048,00
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 26.500,00
21/08/2023 15:11:00:303	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 16.545,46
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 39.922,02
21/08/2023 10:26:34:205	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20.720,00
07/12/2023 14:14:20:206	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 12.210,00
08/12/2023 06:50:34:479	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 16.000,00
21/08/2023 17:13:08:965	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 16.800,00

*(Handwritten signatures and initials)*

07/12/2023 14:08:52:568	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 30.000,00
08/12/2023 08:28:30:128	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 24.287,50
21/08/2023 16:44:47:249	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 24.000,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 30.000,00
07/12/2023 19:12:17:640	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28.879,52

Lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:41:24:867	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 365.400,00
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 225.600,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 345.894,00
24/08/2023 16:27:47:139	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 110.240,00
08/12/2023 09:13:28:580	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 129.983,40
07/12/2023 20:59:57:439	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 167.802,21
21/08/2023 16:18:07:130	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 160.000,00
07/12/2023 16:41:48:700	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLO	R\$ 180.000,00
21/08/2023 16:44:47:249	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 200.000,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300.000,00
07/12/2023 19:12:17:640	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 254.406,00

Lote (9) - 9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monoplares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000 µV para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4 µVrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta

*[Handwritten signatures and initials]*

eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimul

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:41:24:867	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 141.000,00
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 52.500,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 70.500,00
08/12/2023 09:13:28:580	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 38.625,80
21/08/2023 17:13:08:965	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 42.000,00
22/08/2023 08:49:08:162	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU	R\$ 28.000,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00
07/12/2023 19:12:17:640	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 48.000,00

Lote (10) - 10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-54 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED s brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolts: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 15:24:19:067	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	R\$ 55.000,00
21/08/2023 17:41:24:867	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 55.656,00
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 29.100,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 57.754,80
07/12/2023 16:31:49:807	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 75.000,00
08/12/2023 09:13:28:580	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 19.986,70
08/12/2023 09:22:29:654	INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	R\$ 15.000,00
21/08/2023 17:13:08:965	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 21.000,00
08/12/2023 08:28:30:128	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 38.525,00
21/08/2023 16:44:47:249	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 45.000,00
07/12/2023 17:51:17:835	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA	R\$ 55.000,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00
07/12/2023 19:12:17:640	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28.600,00

Lote (11) - 11 LAVADORA ULTRASSONICA - Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho

automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. Conter sistema de alarme e segurança. Medida mínimas: Externas 535mmx160mmx250mm(LxPxA); cuba 530mmx162mmx100mm(LxAxP)cesto 440mmx110mmx55mm(LxAxP). Acessórios: Sistema automatizado para limpeza com pistolas pressurizadas de água, ar e detergente.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:46:23:344	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 10.395,00
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 9.000,00
08/12/2023 07:50:04:140	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 49.346,00

Lote (12) - 12 MANTA TÉRMICA - Manta Térmica Hospitalar: Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°C até 37°C de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação: 110/220 Volts 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
08/12/2023 07:50:04:140	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 569,00

Lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:46:23:344	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 173.700,00
21/08/2023 15:47:03:332	M F A AGUIAR EPP	R\$ 67.800,00
21/08/2023 15:13:16:480	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 53.818,20
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 112.308,00
21/08/2023 09:45:33:523	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 56.640,00

07/12/2023 14:21:13:216	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 20.372,00
08/12/2023 06:51:25:139	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 32.000,00
21/08/2023 17:14:43:333	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 54.600,00
07/12/2023 14:09:42:050	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 60.000,00
21/08/2023 16:19:01:690	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 50.000,00
08/12/2023 08:30:56:653	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 15.537,50
21/08/2023 16:46:37:820	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 80.000,00
21/08/2023 19:44:31:841	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 120.000,00
07/12/2023 19:14:16:204	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 85.300,00

Lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:46:23:344	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 198.240,00
21/08/2023 15:47:03:332	M F A AGUIAR EPP	R\$ 138.000,00
21/08/2023 15:13:16:480	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 24.545,50
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 128.336,70
07/12/2023 14:21:13:216	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 10.630,00
07/12/2023 16:38:54:843	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 110.000,00
08/12/2023 06:51:25:139	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 30.000,00
21/08/2023 17:14:43:333	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 25.375,00
08/12/2023 08:30:56:653	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 51.250,00
21/08/2023 19:44:31:841	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.000,00
08/12/2023 07:50:04:140	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 85.300,00

Lote (15) - 15 RAO X ANALOGICO COM QUADRO ELETRICO E BUCKY MURAL - PAINEL DE COMANDO: Opção 1: POSSUI - ESTATIVA PORTA TUBO: Opção 1: POSSUI - GERADOR (POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE): Opção 1: 40 KW OU SUPERIOR/40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500mA OU SUPERIOR - TUBO (FOCO FINO/FOCO GROSSO): Opção 1: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG:IGUALA 1,2MM; Opção 2: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG: MAXIMO DE 1,0MM; Opção 3: FF:MINIMO DE 1,0MM/FG:MINIMODE 1,5MM. -



COLIMADOR: Opção 1: POSSUI - MESA (TIPO/CAPACIDADE)/BUCKMURAL (DESLOCAMENTOVERTICAL); Opção 1: FIXA COM TAMPO FLUTUANTE/MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTODE NO MÍNIMO 120 CM - QUADRO ELETRICO E BUCKY MURAL. Apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada. Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM. Giro de tubo de raiox logitudinalmenteentre - 30 graus e + 120 graus (moviementno axial) giro do braço de suporte do tubo com cabeçote articulado 360 graus; 04 Cass

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 10:10:07:239	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 260.000,00
21/08/2023 17:46:23:344	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 772.410,00
21/08/2023 16:51:53:380	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 150.000,00
22/08/2023 08:32:12:795	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 260.000,00
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 257.160,00
21/08/2023 17:45:47:473	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 700.000,00
21/08/2023 19:44:31:841	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 10:11:28:410	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 230.000,00
21/08/2023 17:48:37:451	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 669.000,00
21/08/2023 16:52:53:362	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 161.000,00
21/08/2023 15:53:29:920	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 125.000,00
22/08/2023 08:50:57:543	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 266.160,00
08/12/2023 09:14:25:302	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 179.845,90
21/08/2023 19:46:49:541	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (17) - 17 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Magneto Supercondutivo de 1,5 T com no mínimo 16 canais de recepção, Diâmetro interno do magneto: no mínimo 60 cm. Sistema de Gradiente: Intensidade por eixo (x,y e z) de no mínimo 30 mT/m. Slew Rate de no mínimo 100 T/m/s. Sistema de RF: Potência do amplificador de transmissão: no mínimo 10 kW. Zero

Helium boil-off ou Helium Save ou tecnologia similar: sem necessidade de recarga de hélio em condições ideais de trabalho; Número de canais independentes e individuais: mínimo de 16 canais. Homogeneidade mínima para o Magneto de: menor ou igual a 2 PPM (VRMS) para um FOV de 45x45x45 nos 3 eixos. O sistema deve permitir a conexão simultânea de no mínimo 2 (duas) ou mais bobinas. Software para redução de ruído; Software para técnicas de aquisição paralela. Algoritmo de aquisição paralela baseado em image-space. Algoritmo de aquisição paralela baseado em k space. Fator de aceleração disponível no sistema de no mínimo 3 vezes. Capacidade de realizar estudos com aquisi

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 16:52:53:362	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 5.200.000,00

Lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 08:50:57:543	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 18.060,00
21/08/2023 17:16:06:119	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 25.200,00
08/12/2023 08:35:00:708	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.137,50
21/08/2023 19:46:49:541	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 160.000,00
07/12/2023 19:14:21:808	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 18.600,00

Lote (19) - 19 TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - helicoidal de 16 canais com 32 cortes não emolumentos, com detector de estado sólido com no mínimo 19 mm de cobertura, 16 fileiras físicas que realize pelo menos 16 cortes por rotação. Gantry com abertura mínima 65 cm, inclinação do Gantry Tilt digital ou mecânico; Tempo de corte total em 360° de 0,98 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua mínima de 90 segundos. Conjunto tubo e gerador: Potência do gerador de no mínimo 24 KW; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 2,0 MHU. Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360°; Espessura de corte de 0,75 mm ou menor. Campo de visão variável 430 mm ou superior. Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo 1 monitor de no mínimo 19 polegadas LCD,

teclado e mouse. O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Soft

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 16:42:50:883	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 1.600.000,00
21/08/2023 19:46:49:541	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000.000,00

Lote (20) - 20 ULTRASSONOGRAFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:48:37:451	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 419.666,64
21/08/2023 15:44:55:773	M F A AGUIAR EPP	R\$ 251.400,00
22/08/2023 08:50:57:543	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 391.089,00
21/08/2023 18:15:50:615	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 195.000,00
07/12/2023 14:33:49:926	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 87.800,00
24/08/2023 16:31:17:918	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 130.318,00
08/12/2023 09:16:01:447	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 139.633,70
07/12/2023 21:04:03:199	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 153.335,44
21/08/2023 16:21:25:947	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 150.000,00
21/08/2023 16:47:01:824	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 300.000,00
21/08/2023 19:46:49:541	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00
07/12/2023 19:14:21:808	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 226.642,00

Lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos

espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 18:01:59:724	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$ 79.900,00
07/12/2023 17:08:06:173	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 41.000,00
07/12/2023 16:34:49:990	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 130.000,00
21/08/2023 15:02:58:500	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	R\$ 72.000,00
22/08/2023 08:49:11:500	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU	R\$ 33.000,00
07/12/2023 15:53:25:196	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN	R\$ 110.000,00
21/08/2023 16:48:25:380	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 80.000,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 60.000,00

**Lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO -**  
 Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12";  
 Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FIO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC";  
 Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 18:01:59:724	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$ 120.000,00
07/12/2023 17:08:06:173	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 120.000,00
07/12/2023 16:34:49:990	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 260.000,00
21/08/2023 15:02:58:500	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	R\$ 168.000,00
21/08/2023 16:22:46:022	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 160.000,00
08/12/2023 08:35:00:708	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 63.975,00
07/12/2023 15:53:25:196	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN	R\$ 220.000,00
21/08/2023 16:48:25:380	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 200.000,00
07/12/2023 18:04:08:576	TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 138.030,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 160.000,00

07/12/2023 19:14:21:808 LRF DISTRIBUIDORA LTDA R\$ 108.216,00

Lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 08:51:51:310	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 147.000,00
08/12/2023 09:16:01:447	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 82.649,50
04/12/2023 13:42:19:957	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 60.000,00
21/08/2023 16:22:46:022	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 70.000,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.000,00
07/12/2023 19:14:21:808	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 110.000,00

Lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:50:38:847	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.788,00
21/08/2023 15:15:03:222	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.482,16
22/08/2023 08:51:51:310	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 2.808,00
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 202,50
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.600,00
07/12/2023 19:10:24:123	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.840,00

Lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 17:50:38:847	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 7.992,00
21/08/2023 15:15:03:222	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.804,30
22/08/2023 08:51:51:310	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 5.400,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.000,00
07/12/2023 16:36:23:287	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 10.200,00
21/08/2023 17:16:53:895	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.465,00
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 750,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
07/12/2023 19:10:24:123	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.814,00

Lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo tipo de estrutura: estrutura tubular e tampas em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 09:17:12:930	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 34.140,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 16.181,80
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 23.100,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 15.000,00
07/12/2023 16:36:23:287	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 22.000,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 14.630,00
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.237,50
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.000,00
07/12/2023 19:10:24:123	LRD DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 21.650,00

Lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 15:51:01:973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	R\$ 75.000,00
22/08/2023 09:17:12:930	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 48.810,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 20.000,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 33.000,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.000,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 11.856,25
07/12/2023 14:10:22:149	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 50.000,00
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.375,00
07/12/2023 17:52:08:497	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA	R\$ 75.000,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 40.000,00
07/12/2023 19:10:24:123	LRD DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 84.935,00

Lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 09:17:12:930	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 49.200,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 10.000,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 16.500,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.000,00
22/08/2023 08:49:11:500	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU	R\$ 11.000,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.000,00
07/12/2023 19:10:24:123	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.378,00


Lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:50:27:349	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 27.300,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 11.498,60
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 30.000,00
08/12/2023 06:52:38:628	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 20.000,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 11.060,00
08/12/2023 08:38:39:524	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 787,50
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
07/12/2023 19:11:19:470	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 15.780,00

Lote (30) - 30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:50:27:349	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 5.479,20
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.874,60
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.000,00
08/12/2023 06:52:38:628	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 6.000,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 525,00
21/08/2023 16:49:08:211	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 9.000,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
07/12/2023 19:11:19:470	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.400,00

Lote (31) - 31 GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:50:27:349	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.545,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.848,75
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.000,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.181,25
21/08/2023 16:50:25:334	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 6.000,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.500,00
07/12/2023 19:11:19:470	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.475,00

Lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:50:27:349	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.336,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 464,88
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 324,00
08/12/2023 08:38:39:524	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 52,50
21/08/2023 16:50:25:334	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 2.800,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 800,00
07/12/2023 19:11:19:470	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.352,00

Lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o



cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve aco

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:50:27:349	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 52.500,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 20.891,80
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 34.471,50
08/12/2023 06:52:38:628	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 15.000,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 20.125,00
08/12/2023 08:38:39:524	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.987,50
21/08/2023 16:50:25:334	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 17.500,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
07/12/2023 19:11:19:470	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 12.980,00

Lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, caracterís cas adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:05:32:750	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 217.350,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 52.272,73
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 113.700,00
07/12/2023 21:32:01:413	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 100.000,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 33.775,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 40.000,00
07/12/2023 19:13:24:679	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 35.000,00

Lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do

equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:05:32:750	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 13.290,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.454,50
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 9.000,00
07/12/2023 21:32:01:413	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.000,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.690,00
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 550,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
07/12/2023 19:13:24:679	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.590,00

Lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:05:32:750	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 12.015,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.722,90
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 7.792,80
07/12/2023 16:37:29:783	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 8.000,00
08/12/2023 06:53:20:736	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 5.000,00
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 612,50
21/08/2023 16:51:05:315	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 6.000,00
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
07/12/2023 19:13:24:679	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.935,00

Lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:05:32:750	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 29.278,80
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.092,32
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 1.944,00
07/12/2023 16:37:29:783	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 4.248,00



08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 155,00
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
07/12/2023 19:13:24:679	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.840,00

Lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:05:32:750	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 17.820,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.000,00
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.312,00
08/12/2023 06:53:20:736	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 6.000,00
21/08/2023 17:23:31:652	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.775,00
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 342,50
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.000,00
07/12/2023 19:13:24:679	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.720,00

Lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 3/4 polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:06:42:110	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 55.500,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 21.091,00
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 37.500,00
07/12/2023 21:05:07:617	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.000,00
07/12/2023 16:38:26:639	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 35.000,00
21/08/2023 17:23:31:652	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 22.312,50
08/12/2023 08:41:23:986	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 737,50
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
07/12/2023 19:06:52:315	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 29.900,00

Lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior;

Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:06:42:110	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 6.594,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.490,90
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 2.460,00
07/12/2023 21:05:07:617	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.000,00
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
07/12/2023 19:06:52:315	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.300,00

Lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO UNID 25

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:06:42:110	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.048,50
21/08/2023 15:34:29:664	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 298,75
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 1.000,00
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 568,75
08/12/2023 08:41:23:986	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 16,45
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 750,00
07/12/2023 19:06:52:315	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.150,00

Lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:06:42:110	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.384,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 2.556,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000,00
07/12/2023 19:06:52:315	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.900,00

Lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*

ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonisado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/12/2023 16:06:42:110	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 19.956,00
21/08/2023 15:43:50:732	M F A AGUIAR EPP	R\$ 13.320,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 20.000,00
07/12/2023 21:05:07:617	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 12.000,00
18/08/2023 15:06:19:354	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 17.064,00
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 8.400,00
08/12/2023 08:41:23:986	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.875,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.000,00
07/12/2023 19:06:52:315	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 9.200,00

Lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
22/08/2023 09:18:19:665	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 76.620,00
21/08/2023 15:43:50:732	M F A AGUIAR EPP	R\$ 59.400,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 59.256,60
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 36.750,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 30.000,00

Lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------



22/08/2023 09:18:19:665	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 15.330,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 9.450,00
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.885,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
07/12/2023 19:08:16:382	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 18.000,00

Lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrição complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:08:43:600	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 322.066,80
21/08/2023 15:41:07:236	M F A AGUIAR EPP	R\$ 192.000,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 241.800,00
07/12/2023 21:33:01:637	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 100.000,00
21/08/2023 17:25:40:477	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 257.600,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300.000,00
07/12/2023 19:08:16:382	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 138.000,00

Lote (47) - 47 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE:500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ,VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA:2A 8 C Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/ DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. Deve possuir sistema de emergência para falta de energia elétrica, inclusive do compressor de refrigeração; Registro na ANVISA UNID 2

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:08:43:600	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 209.838,00
16/08/2023 15:06:19:628	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 30.000,00
21/08/2023 15:41:07:236	M F A AGUIAR EPP	R\$ 92.400,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 160.000,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 60.000,00
07/12/2023 19:08:16:382	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 78.000,00

Lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m<sup>3</sup>/h, largura entre 90 e 150cm.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:08:43:600	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 45.930,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 13.860,00
07/12/2023 21:33:01:637	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.000,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 40.000,00
07/12/2023 19:08:16:382	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 36.980,00

Lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:08:43:600	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 46.575,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 31.500,00
07/12/2023 21:10:26:498	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 25.000,00
21/08/2023 17:25:40:477	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 26.425,00
08/12/2023 08:42:05:413	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 737,50
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
07/12/2023 19:09:32:653	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 22.500,00

Lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:08:43:600	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 155.250,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 210.000,00
07/12/2023 21:10:26:498	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.000,00
21/08/2023 17:25:40:477	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 127.750,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.000,00
07/12/2023 19:09:32:653	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 99.450,00

Lote (51) - 51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50



Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:09:54:303	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 121.950,00
22/08/2023 09:00:05:169	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 88.500,00
07/12/2023 21:10:26:498	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 50.000,00
21/08/2023 17:26:38:947	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 46.112,50
07/12/2023 19:09:32:653	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 79.450,00

Lote (52) - 52 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
21/08/2023 18:09:54:303	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 6.630,00
22/08/2023 09:00:05:169	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 3.531,00
07/12/2023 21:10:26:498	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 5.000,00
07/12/2023 16:34:23:022	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.000,00
07/12/2023 19:09:32:653	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.660,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câma

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:16:19:911	PHOENIX LUFERCO LTDA	R\$ 208.000,00
08/12/2023 10:15:47:383	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 220.000,00
08/12/2023 10:15:10:610	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 229.000,00
08/12/2023 10:13:20:024	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 472.000,00
21/08/2023 17:10:59:466	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 472.500,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00
22/08/2023 08:29:59:960	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 1.020.000,00

Lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" e 3,5", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que ± 5% Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo



de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50,

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:27:37:625	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.700,00
08/12/2023 10:12:43:364	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 28.000,00
08/12/2023 10:06:45:747	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28.200,00
21/08/2023 15:09:40:591	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 32.727,30
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 120.000,00

Lote (3) - 3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 2,4", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que ± 5% Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:14:19:370	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 140.000,00
08/12/2023 10:14:34:094	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 141.000,00
08/12/2023 10:11:01:618	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 156.990,00
21/08/2023 17:10:59:466	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 157.500,00
21/08/2023 15:09:40:591	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 163.636,50
21/08/2023 09:43:06:526	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 249.000,00
22/08/2023 08:29:59:960	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 269.100,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300.000,00

Lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos

*(Handwritten signatures and marks)*


seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:27:37:625	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 9.700,00
08/12/2023 10:07:40:757	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 28.000,00
08/12/2023 10:06:45:500	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28.200,00
21/08/2023 15:09:40:591	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 32.727,30
21/08/2023 17:10:59:466	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 33.600,00
08/12/2023 10:11:39:249	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 43.453,20
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 60.000,00

Lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:20:40:150	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 54.550,00
08/12/2023 10:20:33:672	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 54.600,00
08/12/2023 08:27:37:625	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 60.375,00
21/08/2023 16:17:16:393	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 84.000,00
21/08/2023 09:43:06:526	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 103.290,00
21/08/2023 16:41:37:010	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 135.000,00
21/08/2023 19:40:04:723	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 150.000,00
22/08/2023 08:29:59:960	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 151.200,00

Lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e



manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:20:42:436	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR IND DE EQUIP MEDIC	R\$ 119.000,00
08/12/2023 10:20:22:280	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLO	R\$ 120.000,00
08/12/2023 10:06:56:516	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 176.700,00
08/12/2023 10:13:43:837	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 199.000,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 200.000,00
21/08/2023 10:08:47:734	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 250.000,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 360.000,00

Lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:17:28:511	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 7.500,00
08/12/2023 10:17:04:434	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 7.950,00
08/12/2023 10:11:42:932	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 10.000,00
07/12/2023 14:14:20:206	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 12.210,00
21/08/2023 15:11:00:303	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 16.545,46
21/08/2023 17:13:08:965	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 16.800,00
08/12/2023 10:07:02:950	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 19.600,00
21/08/2023 10:26:34:205	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 20.720,00
08/12/2023 10:14:02:277	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 24.200,00
08/12/2023 08:28:30:128	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 24.287,50
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 26.500,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 30.000,00

22/08/2023 08:48:42:049
MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
R\$ 39.922,02

Lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:13:47:179	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 100.000,00
24/08/2023 16:27:47:139	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 110.240,00
08/12/2023 10:12:26:281	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 123.799,79
08/12/2023 10:14:53:199	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 139.800,00
08/12/2023 10:14:21:387	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 139.900,00
08/12/2023 10:08:44:169	REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLO	R\$ 140.000,00
08/12/2023 10:07:08:573	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 145.000,00
21/08/2023 16:18:07:130	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 160.000,00
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 225.600,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 300.000,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 345.894,00

Lote (9) - 9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000 µV para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4 µVrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimul

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------




22/08/2023 08:49:08:162	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU	R\$ 28.000,00
08/12/2023 10:13:00:518	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 35.899,99
08/12/2023 10:07:18:828	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 38.000,00
21/08/2023 17:13:08:965	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 42.000,00
08/12/2023 10:14:47:489	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 52.400,00
07/12/2023 14:24:32:371	M F A AGUIAR EPP	R\$ 52.500,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 70.500,00
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 100.000,00

Lote (10) - 10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-54 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED S brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolts: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:19:41:796	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA	R\$ 8.900,00
08/12/2023 10:19:23:307	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 9.000,00
08/12/2023 10:16:45:819	INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI	R\$ 12.000,00
08/12/2023 10:13:50:139	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 16.666,56
08/12/2023 10:19:19:479	M F A AGUIAR EPP	R\$ 18.000,00
08/12/2023 10:15:21:392	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 19.750,00
21/08/2023 17:13:08:965	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 21.000,00
08/12/2023 10:07:23:166	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 22.000,00
08/12/2023 10:18:17:606	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 29.099,00
08/12/2023 08:28:30:128	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 38.525,00
21/08/2023 15:24:19:067	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	R\$ 55.000,00
22/08/2023 08:48:42:049	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 57.754,80
21/08/2023 19:42:16:023	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (11) - 11 LAVADORA ULTRASSONICA - Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. Conter sistema de alarme e segurança. Medida mínimas: Externas 535mmx160mmx250mm(LxPxA); cuba 530mmx162mmx100mm(LxAxP)cesto



440mmx110mmx55mm(LxAxP). Acessórios: Sistema automatizado para limpeza com pistolas pressurizadas de água, ar e detergente.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:25:11:822	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 8.900,00
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 9.000,00
08/12/2023 10:18:06:261	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 38.000,00

Lote (12) - 12 MANTA TÉRMICA - Manta Térmica Hospitalar: Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°C até 37°C de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação: 110/220 Volts 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 07:50:04:140	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 569,00

Lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:23:02:807	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.486,50
08/12/2023 08:30:56:653	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 15.537,50
08/12/2023 10:24:27:654	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 19.000,00
07/12/2023 14:21:13:216	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 20.372,00
08/12/2023 10:25:21:806	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 27.000,00
08/12/2023 10:19:13:342	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 27.200,00
08/12/2023 10:19:59:963	M F A AGUIAR EPP	R\$ 41.000,00



21/08/2023 16:19:01:690	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 50.000,00
21/08/2023 15:13:16:480	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 53.818,20
21/08/2023 17:14:43:333	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 54.600,00
21/08/2023 09:45:33:523	MTB TECNOLOGIA LTDA	R\$ 56.640,00
08/12/2023 10:25:54:764	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 85.000,00
07/12/2023 19:14:16:204	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 85.300,00
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 112.308,00

Lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:28:50:428	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.470,00
08/12/2023 10:27:55:802	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 10.520,00
07/12/2023 14:21:13:216	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 10.630,00
21/08/2023 15:13:16:480	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 24.545,50
21/08/2023 17:14:43:333	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 25.375,00
08/12/2023 08:30:56:653	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 51.250,00
08/12/2023 10:18:28:122	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 57.000,00
08/12/2023 10:26:19:334	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 85.000,00
08/12/2023 10:21:44:353	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 89.999,90
08/12/2023 10:20:34:246	M F A AGUIAR EPP	R\$ 90.000,00
22/08/2023 08:50:00:696	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 128.336,70

Lote (15) - 15 RAO X ANALOGICO COM QUADRO ELETRICO E BUCKY MURAL - PAINEL DE COMANDO: Opção 1: POSSUI - ESTATIVA PORTA TUBO: Opção 1: POSSUI - GERADOR (POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE): Opção 1: 40 KW OU SUPERIOR/40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500mA OU SUPERIOR - TUBO (FOCO FINO/FOCO GROSSO): Opção 1: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG:IGUALA 1,2MM; Opção 2: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG: MAXIMO DE 1,0MM; Opção 3: FF:MINIMO DE 1,0MM/FG:MINIMODE 1,5MM. - COLIMADOR: Opção 1: POSSUI - MESA (TIPO/CAPACIDADE)/BUCKMURAL (DESLOCAMENTOVERTICAL): Opção 1: FIXA COM TAMPO FLUTUANTE/MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTODE NO MÍNIMO 120 CM - QUADRO ELETRICO E BUCKY MURAL. Apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo,

rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada. Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM. Giro de tubo de raio longitudinalmente entre - 30 graus e + 120 graus (moviementno axial) giro do braço de suporte do tubo com cabeçote articulado 360 graus; 04 Cass

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:25:33:651	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 124.000,00
21/08/2023 15:53:29:920	LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 125.000,00
21/08/2023 16:52:53:362	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	R\$ 161.000,00
08/12/2023 10:21:37:959	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 174.647,47
21/08/2023 10:11:28:410	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.	R\$ 230.000,00
08/12/2023 10:26:47:118	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 266.000,00
22/08/2023 08:50:57:543	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 266.160,00

Lote (17) - 17 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Magneto Supercondutivo de 1,5 T com no mínimo 16 canais de recepção, Diâmetro interno do magneto: no mínimo 60 cm. Sistema de Gradiente: Intensidade por eixo (x,y e z) de no mínimo 30 mT/m. Slew Rate de no mínimo 100 T/m/s. Sistema de RF: Potência do amplificador de transmissão: no mínimo 10 kW. Zero Helium boil-off ou Helium Save ou tecnologia similar: sem necessidade de recarga de hélio em condições ideais de trabalho; Número de canais independentes e individuais: mínimo de 16 canais. Homogeneidade mínima para o Magneto de: menor ou igual a 2 PPM (VRMS) para um FOV de 45x45x45 nos 3 eixos. O sistema deve permitir a conexão simultânea de no mínimo 2 (duas) ou mais bobinas. Software para redução de ruído; Software para técnicas de aquisição paralela. Algoritmo de aquisição paralela baseado em image-space. Algoritmo de aquisição paralela baseado em k space. Fator de aceleração disponível no sistema de no mínimo 3 vezes. Capacidade de realizar estudos com aquisi

Não foram localizadas lances para este lote.



Lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:26:41:035	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.087,00
08/12/2023 08:35:00:708	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 4.137,50
08/12/2023 10:25:40:966	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 13.200,00
22/08/2023 08:50:57:543	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 18.060,00
21/08/2023 17:16:06:119	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 25.200,00

Lote (19) - 19 TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - helicoidal de 16 canais com 32 cortes não emolumentos, com detector de estado sólido com no mínimo 19 mm de cobertura, 16 fileiras físicas que realize pelo menos 16 cortes por rotação. Gantry com abertura mínima 65 cm, inclinação do Gantry Tilt digital ou mecânico; Tempo de corte total em 360° de 0,98 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua mínima de 90 segundos. Conjunto tubo e gerador: Potência do gerador de no mínimo 24 KW; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 2,0 MHU. Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360°; Espessura de corte de 0,75 mm ou menor. Campo de visão variável 430 mm ou superior. Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo 1 monitor de no mínimo 19 polegadas LCD, teclado e mouse. O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Soft

Não foram localizadas lances para este lote.

Lote (20) - 20 ULTRASSONOGRAFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de

penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:27:04:336	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 87.700,40
07/12/2023 14:33:49:926	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.	R\$ 87.800,00
08/12/2023 10:33:00:298	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	R\$ 129.850,00
08/12/2023 10:26:37:003	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 129.950,00
24/08/2023 16:31:17:918	SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	R\$ 130.318,00
08/12/2023 10:27:09:715	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 149.000,00
21/08/2023 16:21:25:947	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 150.000,00
08/12/2023 10:28:48:106	M F A AGUIAR EPP	R\$ 151.000,00
08/12/2023 10:25:52:391	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 165.000,00
21/08/2023 18:15:50:615	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	R\$ 195.000,00
22/08/2023 08:50:57:543	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 391.089,00
21/08/2023 19:46:49:541	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 500.000,00

Lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:36:24:006	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 29.000,00
08/12/2023 10:36:04:775	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU	R\$ 29.950,00
07/12/2023 17:08:06:173	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 41.000,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 60.000,00
08/12/2023 10:36:51:997	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$ 66.500,00

08/12/2023 10:30:51:549	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN	R\$ 71.900,00
21/08/2023 15:02:58:500	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	R\$ 72.000,00
08/12/2023 10:38:27:131	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 100.000,00

Lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:27:47:242	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 60.000,00
08/12/2023 08:35:00:708	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 63.975,00
08/12/2023 10:41:42:994	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.	R\$ 92.600,00
08/12/2023 10:38:52:450	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.	R\$ 97.490,00
08/12/2023 10:27:45:344	JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN	R\$ 102.000,00
08/12/2023 10:25:59:843	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 102.805,20
08/12/2023 10:30:39:632	TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	R\$ 118.950,00
21/08/2023 16:22:46:022	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 160.000,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 160.000,00
21/08/2023 15:02:58:500	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A	R\$ 168.000,00
08/12/2023 10:31:40:976	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 202.000,00

Lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 50.000,00
04/12/2023 13:42:19:957	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 60.000,00
21/08/2023 16:22:46:022	CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME	R\$ 70.000,00

08/12/2023 10:28:17:524	JARAGUA MERCANTIL LTDA	R\$ 81.788,88
08/12/2023 10:26:16:270	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 104.500,00
22/08/2023 08:51:51:310	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 147.000,00

Lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 202,50
08/12/2023 10:40:49:261	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.630,00
08/12/2023 10:36:46:377	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.640,00
22/08/2023 08:51:51:310	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 2.808,00
21/08/2023 15:15:03:222	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.482,16
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.600,00

Lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 750,00
08/12/2023 10:41:10:586	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 3.460,00
21/08/2023 17:16:53:895	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.465,00
08/12/2023 10:44:50:515	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.719,00
08/12/2023 10:36:57:539	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.720,00
21/08/2023 15:15:03:222	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 3.804,30
22/08/2023 08:51:51:310	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 5.400,00
21/08/2023 19:49:07:866	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 6.000,00

Lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampas em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.237,50
08/12/2023 10:36:57:538	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.900,00
08/12/2023 10:58:35:655	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.800,00

08/12/2023 10:56:15:155	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 13.900,00
08/12/2023 10:51:19:099	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 14.299,90
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 14.630,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 16.181,80
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.000,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 23.100,00

Lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:36:42:470	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.375,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 11.856,25
08/12/2023 10:41:51:247	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 19.400,00
08/12/2023 10:37:09:192	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 19.500,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 20.000,00
08/12/2023 10:41:42:604	INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA	R\$ 29.900,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 30.000,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 33.000,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 40.000,00
07/12/2023 14:10:22:149	NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA	R\$ 50.000,00
21/08/2023 15:51:01:973	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT	R\$ 75.000,00

Lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
07/12/2023 19:10:24:123	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.378,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 10.000,00
07/12/2023 21:31:19:854	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 10.000,00
22/08/2023 08:49:11:500	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU	R\$ 11.000,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 16.500,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 20.000,00
22/08/2023 09:17:12:930	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 49.200,00

Lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal

*[Handwritten signatures]*



em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:38:39:524	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 787,50
08/12/2023 10:42:28:803	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.990,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 10.000,00
08/12/2023 10:46:04:484	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 10.500,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 11.060,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 11.498,60
08/12/2023 10:37:19:654	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.800,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 30.000,00

Lote (30) - 30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:56:44:960	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 400,00
21/08/2023 17:20:59:116	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 525,00
21/08/2023 15:21:45:424	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.874,60
08/12/2023 10:54:02:412	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.990,00
21/08/2023 19:51:56:203	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00
08/12/2023 10:47:58:961	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.100,00
08/12/2023 10:48:49:872	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.300,00
22/08/2023 08:52:48:509	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.000,00

Lote (31) - 31 GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 10:56:58:739	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 1.000,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 1.181,25
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 1.500,00
08/12/2023 10:54:24:135	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.800,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.848,75
08/12/2023 10:47:51:830	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.351,25
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.000,00

Lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:38:39:524	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 52,50
08/12/2023 10:57:17:012	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 300,00
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 324,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 464,88
08/12/2023 10:47:58:959	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 680,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 800,00
08/12/2023 10:54:41:173	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.700,00

Lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve aco

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:38:39:524	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.987,50
08/12/2023 10:57:31:454	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 6.900,00
08/12/2023 10:48:10:356	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 7.000,00
08/12/2023 10:49:12:554	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 10.000,00
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
08/12/2023 10:55:01:551	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 20.050,00

*[Handwritten signatures and marks]*



21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 20.125,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 20.891,80
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 34.471,50

Lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, caracterís cas adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite- se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:37:33:464	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 26.950,00
08/12/2023 11:37:26:464	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 27.000,00
08/12/2023 11:05:24:507	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 31.000,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 33.775,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 52.272,73
08/12/2023 10:55:19:403	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 113.000,00
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 113.700,00

Lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 550,00
08/12/2023 10:55:38:768	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.573,20
08/12/2023 10:52:01:583	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 4.600,00
21/08/2023 17:22:33:730	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 4.690,00
21/08/2023 15:30:03:356	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 5.454,50
21/08/2023 19:53:34:991	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00
08/12/2023 10:48:12:906	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 6.260,50
22/08/2023 08:54:06:869	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 9.000,00



Lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. \*Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 612,50
08/12/2023 10:57:45:044	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED	R\$ 1.900,00
08/12/2023 10:48:32:056	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.950,00
08/12/2023 10:49:30:587	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 2.500,00
08/12/2023 10:55:59:776	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 4.700,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.722,90
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
08/12/2023 10:50:58:019	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 5.990,00
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 7.792,80

Lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 155,00
08/12/2023 11:05:52:188	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.700,00
08/12/2023 11:01:00:360	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.740,00
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 1.944,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 2.092,32
08/12/2023 11:04:23:604	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 3.000,00
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 6.000,00

Lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:39:58:435	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 342,50
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 4.000,00
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 4.000,00

08/12/2023 11:03:48:049	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	R\$ 4.200,00
08/12/2023 11:01:00:359	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 4.484,00
21/08/2023 17:23:31:652	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 5.775,00
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 6.312,00
07/12/2023 16:05:32:750	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 17.820,00

Lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:41:23:986	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 737,50
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
08/12/2023 11:06:44:646	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 20.990,00
08/12/2023 11:04:57:538	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 21.000,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 21.091,00
21/08/2023 17:23:31:652	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 22.312,50
08/12/2023 11:04:38:592	S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	R\$ 27.400,00
08/12/2023 11:01:00:359	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 28.405,00
22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 37.500,00

Lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:01:00:433	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 950,00
07/12/2023 21:05:07:617	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 1.000,00
21/08/2023 15:33:22:964	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 1.490,90
21/08/2023 19:55:47:057	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 2.000,00

22/08/2023 08:55:41:498	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 2.460,00
07/12/2023 16:06:42:110	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 6.594,00

Lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO UNID 25

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:41:23:986	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 16,45
21/08/2023 15:34:29:664	LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	R\$ 298,75
08/12/2023 11:07:21:281	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 560,00
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 568,75
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 750,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 1.000,00
08/12/2023 11:01:11:855	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 2.992,50

Lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:20:35:330	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.150,00
08/12/2023 11:20:28:490	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 1.200,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 2.556,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 3.000,00

Lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonísado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:41:23:986	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.875,00
08/12/2023 11:04:30:243	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.950,00
08/12/2023 11:01:25:423	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 5.960,00

08/12/2023 11:08:24:071	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 8.300,00
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 8.400,00
08/12/2023 11:04:40:631	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 11.900,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 12.000,00
21/08/2023 15:43:50:732	M F A AGUIAR EPP	R\$ 13.320,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 20.000,00

Lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:21:13:137	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 25.900,00
08/12/2023 11:18:48:400	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 26.800,00
08/12/2023 11:12:28:497	M F A AGUIAR EPP	R\$ 36.000,00
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 36.750,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 59.256,60

Lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
21/08/2023 17:24:32:880	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 3.885,00
21/08/2023 20:01:10:737	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 5.000,00
08/12/2023 11:09:14:996	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 9.000,00
22/08/2023 08:57:16:088	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 9.450,00
08/12/2023 11:01:53:175	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 10.900,00

Lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrição complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e

*[Handwritten signatures and marks]*

chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:31:48:904	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 27.900,00
08/12/2023 11:31:45:180	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 98.000,01
07/12/2023 21:33:01:637	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 100.000,00
08/12/2023 11:21:23:969	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 190.000,00
21/08/2023 15:41:07:236	M F A AGUIAR EPP	R\$ 192.000,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 241.800,00
21/08/2023 17:25:40:477	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 257.600,00

Lote (47) - 47 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE:500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ,VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA:2A 8 C Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/ DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. Deve possuir sistema de emergência para falta de energia elétrica, inclusive do compressor de refrigeração; Registro na ANVISA UNID 2

Data-Hora	Fornecedor	Lance
16/08/2023 15:06:19:628	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	R\$ 30.000,00
08/12/2023 11:22:08:636	M F A AGUIAR EPP	R\$ 55.900,00
08/12/2023 11:15:30:329	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 56.000,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 60.000,00
08/12/2023 11:21:43:052	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 90.000,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 160.000,00

Lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m<sup>3</sup>/h, largura entre 90 e 150cm.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:19:30:369	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 13.800,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 13.860,00
08/12/2023 11:22:01:047	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 35.000,00
08/12/2023 11:15:42:542	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 35.131,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 40.000,00

Lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha,

estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 08:42:05:413	MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	R\$ 737,50
08/12/2023 11:15:42:287	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 11.500,00
08/12/2023 11:20:03:822	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 14.999,00
21/08/2023 20:03:31:439	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 15.000,00
08/12/2023 11:22:24:667	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 26.400,00
21/08/2023 17:25:40:477	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 26.425,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 31.500,00

Lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:26:57:811	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	R\$ 49.000,00
08/12/2023 11:21:05:233	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 49.900,00
08/12/2023 11:22:44:074	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 82.000,00
08/12/2023 11:15:44:587	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 82.500,00
21/08/2023 17:25:40:477	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 127.750,00
22/08/2023 08:59:29:371	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 210.000,00

Lote (51) - 51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:26:19:371	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 41.000,00
08/12/2023 11:26:33:694	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 43.900,00
21/08/2023 17:26:38:947	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	R\$ 46.112,50
08/12/2023 11:15:52:762	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 65.000,00
22/08/2023 09:00:05:169	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 88.500,00

Lote (52) - 52 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL UNID 10

Data-Hora	Fornecedor	Lance
08/12/2023 11:28:31:534	MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	R\$ 2.450,00
08/12/2023 11:28:01:840	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	R\$ 2.600,00
08/12/2023 11:16:03:195	LRF DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 3.481,00

*(Handwritten signatures and marks)*



22/08/2023 09:00:05:169	MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP	R\$ 3.531,00
07/12/2023 16:34:23:022	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 5.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 08/12/2023, às 10:20:06 horas, no lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:34:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:34:06 horas, no lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor:



PHOENIX LUFERCO LTDA. No dia 26/12/2023, às 15:27:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 15:27:31 horas, no lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:02:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:02:00 horas, no lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:02:00 horas, no lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9



programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 220.000,00.

No dia 08/12/2023, às 10:17:19 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min):  $1-(400 \times \text{Gota}/60)$  gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:34:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:34:58 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min):  $1-(400 \times \text{Gota}/60)$  gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis,

respectivamente (20, 50, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 26/12/2023, às 10:40:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 10:40:16 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED. No dia 26/12/2023, às 11:18:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 11:18:22 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 26/12/2023, às 15:28:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 15:28:07 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de

classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:02:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:02:23 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:02:23 horas, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 2.799,96.

No dia 08/12/2023, às 10:17:32 horas, no lote (3) - 3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 3,0", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 15:28:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 15:28:32 horas, no lote (3) - 3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 3,0", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:02:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:02:40 horas, no lote (3) - 3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 3,0", 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1

gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:02:40 horas, no lote (3) - 3 BICS - BOMBA DE INFUSÃO - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg - Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, 100, 250, 500, 80 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 13.999,80.

No dia 08/12/2023, às 10:17:39 horas, no lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:35:35 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:35:35 horas, no lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-occlusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:55:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:55:30 horas, no lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-occlusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:07:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:07:46 horas, no lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis

audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:07:46 horas, no lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA com o valor R\$ 27.999,96.

No dia 08/12/2023, às 10:25:10 horas, no lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:50:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:50:13 horas, no lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo

ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:56:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:56:12 horas, no lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:08:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:08:03 horas, no lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:08:03 horas, no lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo, durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA com o valor R\$ 54.600,00.



No dia 08/12/2023, às 10:25:17 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 08/01/2024, às 14:48:37 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 08/01/2024, às 14:48:37 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR IND DE EQUIP MEDIC. No dia 11/01/2024, às 14:31:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 14:31:09 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços

de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLO. No dia 12/01/2024, às 10:21:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2024, às 10:21:22 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 15/01/2024, às 08:33:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 08:33:29 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para:



arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 15/01/2024, às 08:34:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 08:34:43 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 15/01/2024, às 14:31:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 14:31:10 horas, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.. No dia 18/01/2024, às 08:22:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm

em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 10:21:19 horas, no lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 16:18:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:18:45 horas, no lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o

fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED. No dia 09/01/2024, às 10:56:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:56:32 horas, no lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:08:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:08:25 horas, no lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:08:25 horas, no lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros;

*(Handwritten marks: a large blue checkmark, a star, and a signature)*

frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA com o valor R\$ 7.950,00.

No dia 08/12/2023, às 10:17:45 horas, no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 15:29:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 15:29:39 horas, no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:03:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:03:18 horas, no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração. No dia 13/03/2024, às 16:03:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:03:36 horas, no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração. No dia 13/03/2024, às 16:03:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:03:43 horas, no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000

canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:03:43 horas, no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 100.000,00.

No dia 08/12/2023, às 10:17:52 horas, no lote (9) - 9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000  $\mu$ V para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4  $\mu$ Vrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimul - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:59:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

*J* *T* *K*



No dia 21/12/2023, às 10:59:38 horas, no lote (9) - 9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000  $\mu$ V para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4  $\mu$ Vrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimul - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:09:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:09:32 horas, no lote (9) - 9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000  $\mu$ V para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4  $\mu$ Vrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimul - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:09:32 horas, no lote (9) - 9 ELETROENCEFALOGRAMA - Aparelho de Amplificador deno mínimo 19 canais monopolares para EEG, 3 canais bipolares para ECG, EEG e sensores. Conversão A/D de no mínimo 12 bits. Filtros passa-alta e passa-baixa configuráveis com processamentodigital de sinais. Sensibilidade: 1 a 2000  $\mu$ V para canais de EEG e sensores. Faixa de frequência: 0,01 Hz a 100 Hz. Nível de ruído menor que 0,4  $\mu$ Vrms. Impedância de entrada: 100 Mohm. Rejeição de modo comum: maior de 100 dB. Frequência de amostragem de no mínimo 200 Hz por canal. Filtro notch digital ajustado na frequência de 60 Hz com atenuação mínima de 40 dB. Filtro para baixas

frequências selecionável de forma individual para cada canal. Filtro para altas frequências. Deve acompanhar o amplificador os seguintes acessórios: fonte de alimentação (se houver) e cabos, 1 jogo de eletrodos com no mínimo 25 unidades, pasta eletrocondutora para EEG digital, software para análise e interpretação de resultados para EEG digital e mapeamento cerebral, estimul - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU com o valor R\$ 28.000,00.

No dia 08/12/2023, às 10:25:27 horas, no lote (10) - 10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-54 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED s brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolts: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:05:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:05:01 horas, no lote (10) - 10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-54 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED s brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolts: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do Edital. No dia 13/03/2024, às 16:10:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:10:10 horas, no lote (10) - 10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-54 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED s brancos de última geração

*[Handwritten signatures and marks]*

unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolts: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:10:10 horas, no lote (10) - 10 FOCO CIRURGICO MÓVEL Foco pedestal Altura até o Braço articulado 180cm com alturas da cúpula fazendo de 100cm mínimos e 220cm máximo Iluminação: 120.000 LUX Campo Luminoso: 100 a 20cm. Temperatura de cor: 3500K a 5000K Ajustes de intensidade luminosa e ajuste de temperatura de cor feito via painel de controle em LCD localizado no braço da cúpula. Únicas cúpulas vedadas do mercado, seguindo normas IP-54 Sistema de emergência para casos de falta de energia com autonomia de até 3horas LED s brancos de última geração unidos a lentes de alto desempenho garantem um maior campo luminoso, com baixo consumo de energia Bivolts: 120/220v-50/60hz Registro na ANVISA e Garantia mínima de 01 (um) ano - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA com o valor R\$ 8.900,00.

No dia 08/12/2023, às 10:35:00 horas, no lote (11) - 11 LAVADORA ULTRASSONICA - Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. Conter sistema de alarme e segurança. Medida mínimas: Externas 535mmx160mmx250mm(LxPxA); cuba 530mmx162mmx100mm(LxAxP)cesto 440mmx110mmx55mm(LxAxP). Acessórios: Sistema automatizado para limpeza com pistolas pressurizadas de água, ar e detergente. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxi0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:08:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:08:27 horas, no lote (11) - 11 LAVADORA ULTRASSONICA - Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. Conter sistema de alarme e segurança. Medida mínimas: Externas 535mmx160mmx250mm(LxPxA); cuba

530mmx162mmx100mm(LxAxP)cesto 440mmx110mmx55mm(LxAxP). Acessórios: Sistema automatizado para limpeza com pistolas pressurizadas de água, ar e detergente. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:11:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:11:55 horas, no lote (11) - 11 LAVADORA ULTRASSONICA - Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. Conter sistema de alarme e segurança. Medida mínimas: Externas 535mmx160mmx250mm(LxPxA); cuba 530mmx162mmx100mm(LxAxP)cesto 440mmx110mmx55mm(LxAxP). Acessórios: Sistema automatizado para limpeza com pistolas pressurizadas de água, ar e detergente. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:11:55 horas, no lote (11) - 11 LAVADORA ULTRASSONICA - Equipamento com gabinete e cesto em aço inoxidável e tampa em plástico transparente ou similar, com sensor de segurança, painel de comando com timer e aquecimento digital, frequência do ultra-som: 40 kHz, temporizador eletrônico microprocessado; fusível de proteção; descarga para líquidos; ciclo de trabalho automático; controle de tempo de trabalho indicado por leds; cuba em aço inox com capacidade mínima de 5 litros. A alimentação elétrica será definida pela entidade solicitante. Conter sistema de alarme e segurança. Medida mínimas: Externas 535mmx160mmx250mm(LxPxA); cuba 530mmx162mmx100mm(LxAxP)cesto 440mmx110mmx55mm(LxAxP). Acessórios: Sistema automatizado para limpeza com pistolas pressurizadas de água, ar e detergente. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 8.900,00.

No dia 08/12/2023, às 10:30:06 horas, no lote (12) - 12 MANTA TÉRMICA - Manta Térmica Hospitalar: Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°C até 37°C de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação:110/220 Volts 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com

*[Handwritten signatures and marks]*



desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:50:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (12) - 12 MANTA TÉRMICA - Manta Térmica Hospitalar: Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°C até 37°C de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação: 110/220 Volts 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 10:30:18 horas, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:27:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:27:12 horas, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo

(ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 26/12/2023, às 16:20:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:20:56 horas, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:57:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:57:03 horas, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:43:41 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:43:40 horas, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico /

Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:43:40 horas, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 19.000,00.

No dia 08/12/2023, às 10:32:48 horas, no lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:28:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:28:57 horas, no lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através

de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO<sub>2</sub>, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO<sub>2</sub>, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:57:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:57:24 horas, no lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO<sub>2</sub>), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO<sub>2</sub>, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO<sub>2</sub>, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:44:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:44:00 horas, no lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO<sub>2</sub>), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO<sub>2</sub>, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO<sub>2</sub>, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador



auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:44:00 horas, no lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 10.520,00.

No dia 28/11/2023, às 17:44:09 horas, no lote (15) - 15 RAIOS X ANALOGICO COM QUADRO ELETRICO E BUCKY MURAL - PAINEL DE COMANDO: Opção 1: POSSUI - ESTATIVA PORTA TUBO: Opção 1: POSSUI - GERADOR (POTÊNCIA/TENSÃO/CORRENTE): Opção 1: 40 KW OU SUPERIOR/40 A 125KV OU SUPERIOR/MÁXIMO 500mA OU SUPERIOR - TUBO (FOCO FINO/FOCO GROSSO): Opção 1: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG:IGUALA 1,2MM; Opção 2: FF:MINIMO DE 0,6MM/FG: MAXIMO DE 1,0MM; Opção 3: FF:MINIMO DE 1,0MM/FG:MINIMODE 1,5MM. - COLIMADOR: Opção 1: POSSUI - MESA (TIPO/CAPACIDADE)/BUCKMURAL (DESLOCAMENTOVERTICAL): Opção 1: FIXA COM TAMPO FLUTUANTE/MÍNIMO 160 KG/DESLOCAMENTODE NO MÍNIMO 120 CM - QUADRO ELETRICO E BUCKY MURAL. Apresentar circuitos de segurança para: sobrecarga no tubo, falha de filamento no tubo, rotação do anodo no tubo, proteção térmica da unidade selada. Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 RPM. Giro de tubo de raiox longitudinalmenteentre - 30 graus e + 120 graus (moviemtno axial) giro do braço de suporte do tubo com cabeçote articulado 360 graus; 04 Cass - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme o 2º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL, anexado a esta plataforma, a Secretaria de Saúde Retirou do Certame o Item 15 (RAIOS X ANALÓGICO ...).

No dia 08/12/2023, às 10:30:49 horas, no lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:29:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:29:14 horas, no lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:57:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:57:48 horas, no lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com

comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 11/01/2024, às 14:08:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 14:08:24 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. No dia 15/01/2024, às 11:07:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 11:07:35 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 15/01/2024, às 17:03:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

No dia 15/01/2024, às 17:03:26 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA.. No dia 18/01/2024, às 08:33:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 08:33:47 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: JARAGUA MERCANTIL LTDA. No dia 19/01/2024, às 08:11:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:11:20 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4

ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:47:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:47:13 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:47:13 horas, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. com o valor R\$ 230.000,00.

No dia 28/11/2023, às 17:45:27 horas, no lote (17) - 17 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: Magneto Supercondutivo de 1,5 T com no mínimo 16 canais de recepção, Diâmetro interno do magneto: no mínimo 60 cm. Sistema de Gradiente: Intensidade por eixo (x,y e z) de no mínimo 30 mT/m. Slew Rate de no mínimo 100 T/m/s. Sistema de RF: Potência do amplificador de transmissão: no mínimo 10 kW. Zero Helium boil-off ou Helium Save ou tecnologia similar: sem necessidade de recarga de hélio em condições ideais de trabalho; Número de canais independentes e individuais: mínimo de 16 canais. Homogeneidade mínima para o Magneto de: menor ou igual a 2 PPM (VRMS) para um FOV de 45x45x45 nos 3 eixos. O sistema deve permitir a conexão simultânea de no mínimo 2 (duas) ou mais bobinas. Software para redução de ruído; Software para técnicas de aquisição paralela. Algoritmo de aquisição paralela baseado em image-space. Algoritmo de aquisição paralela baseado em k space. Fator de aceleração disponível no sistema de no mínimo 3 vezes. Capacidade de realizar estudos com aquisi - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme o 2º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL, anexado a esta plataforma, a Secretaria de Saúde retirou do Certame o Item 17 (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA ...).

No dia 08/12/2023, às 10:36:23 horas, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:29:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:29:25 horas, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo

de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 26/12/2023, às 16:22:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:22:06 horas, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 09/01/2024, às 11:47:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 11:47:03 horas, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes - a situação do lote foi alterada

para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 10/01/2024, às 14:37:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 14:37:11 horas, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 15/01/2024, às 15:35:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/11/2023, às 17:46:02 horas, no lote (19) - 19 TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO - helicoidal de 16 canais com 32 cortes não emolumentos, com detector de estado sólido com no mínimo 19 mm de cobertura, 16 fileiras físicas que realize pelo menos 16 cortes por rotação. Gantry com abertura mínima 65 cm, inclinação do Gantry Tilt digital ou mecânico; Tempo de corte total em 360° de 0,98 segundos ou menor; Capacidade para aquisição helical contínua mínima de 90 segundos. Conjunto tubo e

*[Handwritten signatures and marks]*



gerador: Potência do gerador de no mínimo 24 KW; Capacidade térmica do anodo de no mínimo 2,0 MHU. Sistema de aquisição de dados: Aquisição Multislice de no mínimo 16 cortes simultâneos por rotação de 360°; Espessura de corte de 0,75 mm ou menor. Campo de visão variável 430 mm ou superior. Console com capacidade de aquisição e reconstrução respectivamente, contendo 1 monitor de no mínimo 19 polegadas LCD, teclado e mouse. O sistema deve permitir manipulação, filmagem e processamento de imagens previamente armazenadas durante a aquisição de novas imagens. Soft - a situação do lote foi alterada para: cancelado. O motivo da alteração foi o seguinte: Conforme o 2º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL, anexado a esta plataforma, a Secretaria de Saúde retirou do Certame o Item 19 (TOMÓGRAFO COMPUTADORIZADO ...).

No dia 08/12/2023, às 10:36:29 horas, no lote (20) - 20 ULTRASSONOGRRAFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 16:23:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:23:14 horas, no lote (20) - 20 ULTRASSONOGRRAFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:04:47 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:04:47 horas, no lote (20) - 20 ULTRASSONOGRÁFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:04:47 horas, no lote (20) - 20 ULTRASSONOGRÁFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 87.700,40.

No dia 08/12/2023, às 10:43:35 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermittente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e

com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 15:31:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 15:31:03 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/02/2024, às 16:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2024, às 16:34:30 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU -



desclassificou o fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED. No dia 21/02/2024, às 10:49:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2024, às 10:49:35 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU. No dia 21/02/2024, às 16:17:12 horas, a situação do lote foi finalizada.


No dia 21/02/2024, às 16:17:12 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:47:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:47:45 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de

pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:47:45 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. com o valor R\$ 41.000,00.

No dia 08/12/2023, às 10:44:36 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FIO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisal-as-08. No dia



26/12/2023, às 15:31:41 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 26/12/2023, às 15:31:41 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 20/02/2024, às 16:36:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/02/2024, às 16:36:51 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED. No dia 21/02/2024, às 10:50:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/02/2024, às 10:50:17 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes

modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 23/02/2024, às 10:34:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/02/2024, às 10:34:55 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:48:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:48:18 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta

para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:48:18 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. com o valor R\$ 92.600,00.

No dia 08/12/2023, às 10:36:34 horas, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisal-as-08. No dia 21/12/2023, às 11:29:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:29:57 horas, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/01/2024, às 11:11:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 11:11:09 horas, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros



indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. No dia 11/01/2024, às 14:43:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 14:43:13 horas, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME. No dia 15/01/2024, às 08:52:13 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 08:52:13 horas, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: JARAGUA MERCANTIL LTDA. No dia 15/01/2024, às 14:37:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 14:37:04 horas, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 18/01/2024, às 08:34:41 horas, a situação do lote foi finalizada.



No lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 10:47:16 horas, no lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:36:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:36:10 horas, no lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 21/12/2023, às 11:31:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:31:19 horas, no lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:16:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:16:14 horas, no lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:16:14 horas, no lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 2.629,92.

No dia 08/12/2023, às 10:49:08 horas, no lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:36:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:36:24 horas, no lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 21/12/2023, às 11:32:24 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:32:24 horas, no lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:16:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:16:31 horas, no lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:16:31 horas, no lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 3.459,96.

No dia 08/12/2023, às 11:01:33 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:36:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:36:43 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 10:57:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 10:57:27 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 09/01/2024, às 11:50:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 11:50:59 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 10/01/2024, às 15:03:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 15:03:53 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital, inclusive quanto ao valor estimado. No dia 13/03/2024, às 16:51:14 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:51:14 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:51:14 horas, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

ME com o valor R\$ 12.506,00.



No dia 08/12/2023, às 10:47:27 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisal-as-08. No dia 21/12/2023, às 10:36:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:36:53 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 15/01/2024, às 16:10:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 16:10:42 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 19/01/2024, às 08:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:15:55 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PRÓHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 23/01/2024, às 08:33:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2024, às 08:33:58 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI



RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 24/01/2024, às 08:31:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/01/2024, às 08:31:42 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 25/01/2024, às 16:36:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 25/01/2024, às 16:36:21 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA. No dia 26/01/2024, às 08:44:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2024, às 08:44:52 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 26/01/2024, às 14:19:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2024, às 14:19:00 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 26/01/2024, às 14:20:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/01/2024, às 14:20:31 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 29/01/2024, às 08:57:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 29/01/2024, às 08:57:16 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital, inclusive quanto ao valor estimado do lote. No dia 13/03/2024, às 16:08:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:08:54 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:08:54 horas, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA com o valor R\$ 14.878,15.

No dia 08/12/2023, às 10:47:22 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-08. No dia 08/01/2024, às 10:59:12 horas, a situação do



lote foi finalizada.



No dia 08/01/2024, às 10:59:12 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 10/01/2024, às 11:14:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 11:14:49 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 11/01/2024, às 14:17:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 14:17:34 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 12/01/2024, às 10:57:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2024, às 10:57:43 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU. No dia 18/01/2024, às 08:38:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 08:38:56 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS


LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 19/01/2024, às 08:16:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:16:34 horas, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 23/01/2024, às 08:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 10:49:27 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:37:02 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de



12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 09:44:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 09:44:57 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 09/01/2024, às 16:05:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 16:05:20 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/01/2024, às 08:55:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 08:55:22 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. No dia 15/01/2024, às 16:53:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 16:53:36 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 19/01/2024, às 11:09:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 11:09:05 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela

RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 23/01/2024, às 08:36:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2024, às 08:36:04 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 23/01/2024, às 08:47:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 23/01/2024, às 08:47:55 horas, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF

DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 23/01/2024, às 08:55:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante; - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:00:31 horas, no lote (30) - 30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 15:34:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 15:34:30 horas, no lote (30) - 30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante

atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:05:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:05:22 horas, no lote (30) - 30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:05:22 horas, no lote (30) - 30 ESTETOSCÓPIO ADULTO BIAURICULAR - em aço inoxidável, haste flexível na curvatura do tubo Y duplo em aço inoxidável, com diafragma resistente e removível de sensibilidade para ausculta cardiopulmonar, que permita um mínimo de escuta de sons ambiente e um máximo de sons de alta e baixa frequência próprios do paciente adulto; auscultador em aço inoxidável; membranas substituíveis, em plástico resistente, com acabamento sem rebarbas; devem acompanhar: 01 (uma) membrana de diafragma sobressalente, resistente para ser acondicionado no auscultador; 01 (um) par de olivas extra. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 400,00.

No dia 08/12/2023, às 11:00:02 horas, no lote (31) - 31 GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 16:25:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:25:33 horas, no lote (31) - 31 GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:06:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:06:03 horas, no lote (31) - 31 GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:06:03 horas, no lote (31) - 31 GLICOSÍMETROS - ACESSÓRIOS: COM KIT DE no mínimo 50 TIRAS, 50 LANCETAS E 50 LANCETADORES. Garantia mínima de 1 (um) ano - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 999,90.

No dia 08/12/2023, às 11:00:18 horas, no lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:37:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:37:19 horas, no lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 14:33:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 14:33:48 horas, no lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:06:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:06:22 horas, no lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA



(palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:06:22 horas, no lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 203,92.

No dia 08/12/2023, às 11:00:11 horas, no lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve aco - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:37:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:37:29 horas, no lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico

deve aço - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi a seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 14:35:48 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 14:35:48 horas, no lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve aço - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:06:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:06:38 horas, no lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve aço - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:06:38 horas, no lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido

para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve ser - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 5.872,50.

No dia 08/12/2023, às 11:45:18 horas, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:53:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:53:26 horas, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 26/12/2023, às 16:43:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:43:06 horas, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/01/2024, às 10:20:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 10:20:11 horas, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:51:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:51:55 horas, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:51:55 horas, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 31.000,00.

No dia 08/12/2023, às 10:59:18 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:37:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:37:39 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 09:49:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 09:49:31 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 08/01/2024, às 10:24:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 10:24:57 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 19/01/2024, às 08:24:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:24:19 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002.

Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 19/01/2024, às 08:28:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:28:34 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de  $\frac{3}{4}$  polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 19/01/2024, às 08:35:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:35:23 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de  $\frac{3}{4}$  polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 19/01/2024, às 08:37:36 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 19/01/2024, às 08:37:36 horas, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de  $\frac{3}{4}$  polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de

12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 19/01/2024, às 08:40:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:00:24 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:37:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:37:46 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 14:36:45 horas, a



situação do lote foi finalizada.



No dia 08/01/2024, às 14:36:45 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 08/01/2024, às 14:37:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 14:37:17 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Erro no valor ofertado. No dia 08/01/2024, às 14:37:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 14:37:55 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:07:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:07:03 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para

pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:07:03 horas, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas medias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED com o valor R\$ 1.757,10.

No dia 08/12/2023, às 11:15:10 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:37:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:37:55 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 09:51:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 09:51:53 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 09/01/2024, às 16:10:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 16:10:27 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 10/01/2024, às 11:15:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 11:15:55 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 11/01/2024, às 14:56:57 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 14:56:57 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 15/01/2024, às 14:41:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 14:41:42 horas, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. No dia 15/01/2024, às 14:42:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:15:06 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:38:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:38:02 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 09/01/2024, às 16:12:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 16:12:02 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 09/01/2024, às 16:20:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 16:20:59 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/01/2024, às 08:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 08:59:02 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:46:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:46:33 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o

seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para administração.

No dia 13/03/2024, às 16:46:33 horas, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA com o valor R\$ 4.200,00.

No dia 08/12/2023, às 11:15:01 horas, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:38:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:38:16 horas, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 26/12/2023, às 16:44:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:44:37 horas, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/01/2024, às 09:53:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 09:53:23 horas, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:17:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:17:11 horas, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve

acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:17:11 horas, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 3/4 polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 20.990,00.

No dia 08/12/2023, às 11:14:55 horas, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:53:43 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:53:43 horas, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a

proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 08/01/2024, às 10:27:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 10:27:07 horas, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 09/01/2024, às 16:15:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 16:15:06 horas, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 09/01/2024, às 16:22:28 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 16:22:28 horas, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulador de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a



proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/01/2024, às 11:25:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 11:25:27 horas, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 15/01/2024, às 09:06:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:14:48 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADOA BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalás-08. No dia 21/12/2023, às 10:38:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:38:34 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADOA BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:58:38 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:58:38 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADOA BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 10/01/2024, às 14:25:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 14:25:23 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADOA BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA. No dia 11/01/2024, às 14:12:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 11/01/2024, às 14:12:10 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA -

ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:41:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:41:49 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:41:49 horas, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURA E A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADO A BASE DE MERCÚRIO UNID 25 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 560,00.

No dia 08/12/2023, às 11:25:59 horas, no lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:54:09 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:54:09 horas, no lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 08/01/2024, às 09:54:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 09:54:39 horas, no lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante

atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:42:05 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:42:05 horas, no lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:42:05 horas, no lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 1.200,00.

No dia 08/12/2023, às 11:14:42 horas, no lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonisado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:38:49 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:38:49 horas, no lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonisado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará,

Certificado de calibração do IN - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 09/01/2024, às 10:59:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 10:59:03 horas, no lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonisado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:48:45 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:48:45 horas, no lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonisado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:48:45 horas, no lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço

com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonizado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA com o valor R\$ 5.950,00.

No dia 08/12/2023, às 11:26:07 horas, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:34:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:34:46 horas, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração

foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 10/01/2024, às 11:27:32 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 11:27:32 horas, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em portugu - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 15/01/2024, às 09:09:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 09:09:58 horas, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em portugu - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: M F A AGUIAR EPP. No dia 18/01/2024, às 08:40:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 08:40:44 horas, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente

24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 23/01/2024, às 08:38:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:14:35 horas, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: px10aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:36:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:36:46 horas, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 26/12/2023, às 16:47:42 horas, a situação do lote foi finalizada.



No dia 26/12/2023, às 16:47:42 horas, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/01/2024, às 10:30:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 10:30:07 horas, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:42:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:42:21 horas, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:42:21 horas, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 9.000,00.

No dia 08/12/2023, às 11:35:36 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:34:58 horas, a situação do lote foi

finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:34:58 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 08/01/2024, às 11:00:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 11:00:39 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 09/01/2024, às 11:52:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 11:52:04 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável.

Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 09/01/2024, às 15:13:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 09/01/2024, às 15:13:18 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 10/01/2024, às 14:20:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 14:20:37 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 12/01/2024, às 11:05:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2024, às 11:05:44 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3

manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital, inclusive quanto ao valor estimado pela administração. No dia 12/01/2024, às 11:06:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2024, às 11:06:30 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: erro ao informar o valor do lote. No dia 12/01/2024, às 11:07:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2024, às 11:07:44 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrivo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para:

declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital, inclusive quanto ao valor estimado pela administração. No dia 13/03/2024, às 16:42:50 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:42:50 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrição complementar Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:42:50 horas, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrição complementar Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA com o valor R\$ 102.433,00.

No dia 08/12/2023, às 11:26:14 horas, no lote (47) - 47 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE: 500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ, VOLTAGEM: 220 V, FREQUÊNCIA: 60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA: 2A 8 C Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO

LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/ DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. Deve possuir sistema de emergência para falta de energia elétrica, inclusive do compressor de refrigeração; Registro na ANVISA UNID 2 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 08:41:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 08:41:01 horas, no lote (47) - 47 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE:500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ,VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA:2A 8 C Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/ DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. Deve possuir sistema de emergência para falta de energia elétrica, inclusive do compressor de refrigeração; Registro na ANVISA UNID 2 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:49:11 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:49:11 horas, no lote (47) - 47 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE:500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ,VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA:2A 8 C Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/ DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. Deve possuir sistema de emergência para falta de energia elétrica, inclusive do compressor de refrigeração; Registro na ANVISA UNID 2 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:49:11 horas, no lote (47) - 47 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO + TERMOMETRO FREEZER - TIPO VERTICAL REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO: VERTICAL, CAPACIDADE:500 A 600 L, APLICAÇÃO: USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PORTA VIDRO/PRATELEIRAS



REGULÁVEIS/DESGELO/LUZ,VOLTAGEM:220 V, FREQUÊNCIA:60 HZ MESA INOX SEM PRATELEIRA, TEMPERATURA:2A 8 C Descrição Complementar: REFRIGERADOR EXPOSITOR, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 500 A 600 L, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA VIDRO/PRATELEIRASREGULÁVEIS/ DESGELO/LUZ, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, TEMPERATURA 2 A 8 C. Deve possuir sistema de emergência para falta de energia elétrica, inclusive do compressor de refrigeração; Registro na ANVISA UNID 2 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA com o valor R\$ 26.300,00.

No dia 08/12/2023, às 11:34:58 horas, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 16:31:17 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 16:31:17 horas, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 10/01/2024, às 11:31:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 11:31:26 horas, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP. No dia 15/01/2024, às 09:08:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 09:08:54 horas, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 15/01/2024, às 14:43:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 14:43:27 horas, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 15/01/2024, às 14:44:34 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m<sup>3</sup>/h, largura entre 90 e 150cm. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:26:26 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 10:39:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 10:39:19 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. No dia 08/01/2024, às 11:03:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/01/2024, às 11:03:54 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem



arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: LRF DISTRIBUIDORA LTDA. No dia 10/01/2024, às 14:17:55 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 10/01/2024, às 14:17:55 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME. No dia 12/01/2024, às 11:16:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/01/2024, às 11:16:44 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 15/01/2024, às 09:07:33 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 15/01/2024, às 09:07:33 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés



providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA. No dia 18/01/2024, às 08:41:19 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 18/01/2024, às 08:41:19 horas, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. No dia 23/01/2024, às 08:39:46 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50 - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 08/12/2023, às 11:27:10 horas, no lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com

as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023, às 11:35:07 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:35:07 horas, no lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA. No dia 21/12/2023, às 11:47:22 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:47:22 horas, no lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:52:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:52:30 horas, no lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:52:30 horas, no lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada - Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 49.900,00.

No dia 08/12/2023, às 11:31:08 horas, no lote (51) - 51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFECÇÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 21/12/2023,

às 11:43:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 21/12/2023, às 11:43:51 horas, no lote (51) - 51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital. No dia 13/03/2024, às 16:52:54 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:52:54 horas, no lote (51) - 51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:52:54 horas, no lote (51) - 51 MESAS DE CABECEIRAS - MATERIAL DE CONFEÇÃO / GAVETA / PORTA:MADEIRA / MDP OU MDF / POSSUI UNID 50 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 41.000,00.

No dia 08/12/2023, às 11:35:02 horas, no lote (52) - 52 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002\_multisalas-08. No dia 26/12/2023, às 08:43:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 26/12/2023, às 08:43:40 horas, no lote (52) - 52 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital, inclusive quanto ao valor estimado pela administração. No dia 13/03/2024, às 16:53:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 13/03/2024, às 16:53:10 horas, no lote (52) - 52 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL UNID 10 - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Licitante atendeu todas as exigências do edital e ofertou a melhor proposta para a administração.

No dia 13/03/2024, às 16:53:10 horas, no lote (52) - 52 RELOGIO DE PAREDE DIGITAL COM SEGS TIPO: DIGITAL UNID 10 - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME com o valor R\$ 1.647,00.

às 11:40:12 do dia 22/08/2023 as seguintes datas foram alteradas por VANESSA KELRY MONTENEGRO DE OLIVEIRA: abertura de propostas (de 22/08/2023-09:30:00 para 28/08/2023-09:30:00); início da disputa (de 22/08/2023-10:00:00 para 28/08/2023-10:00:00)

às 17:26:14 do dia 28/11/2023 as seguintes datas foram alteradas por VANESSA KELRY MONTENEGRO DE OLIVEIRA: abertura de propostas (de 28/08/2023-09:30:00 para 08/12/2023-09:30:00); início da disputa (de 28/08/2023-10:00:00 para 08/12/2023-10:00:00)

No dia 21/12/2023, às 10:34:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PHOENIX LUFERCO LTDA, no lote (1) - 1 AUTOCLAVE - Equipamento horizontal, com sistema de comando microprocessador, capacidade da câmara interna de no mínimo 350 L. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e apresentar estrutura em material anticorrosivo. Comando microprocessador programável com no mínimo 9 programas, com display touch screen, manômetro e manovacuômetro destinados a indicar a pressão existente nas câmaras interna e externa, chave geral e botão de emergência. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI 316-L com isolamento térmica. A câmara interna deve possuir dreno e uma entrada de validação, permitindo a introdução de sensores para coleta de dados de temperatura do processo. Deve possuir duas portas, barreira sanitária e sistema de emergência. Fechamento das portas realizado por meio de elevação vertical / guilhotina com sistema de segurança ante esmagamento. Sistema hidráulico: tubulações e conexões do conjunto hidráulico devem ser de material anticorrosivo e resistente.

Conexões da câmara. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o Lote 01 em razão de não ter atendido ao item 11.3.15 do edital e apresentou declarações sem assinatura.

No dia 21/12/2023, às 10:34:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (2) - 2 BICS - BOMBA DE DIETA ENTERAL E PARENTERAL - Especificações Técnicas: Especificações físicas Peso: até 1,8 kg Tamanho: 150 x 100 x 200 mm Tela: monocromática LCD de 3,0" x 240 x 128 pixels Especificações do parâmetro Precisão: até menor que  $\pm 5\%$  Modo: Modo de classificação, Modo de peso corporal, Modo de tempo, Modo sequencial Taxa de fluxo: 0,1 a 2000 ml/h Incremento: 0,1 ml/h Unidade de frequência (gtt/min): 1-(400\*Gota/60) gtt/min, o incremento mínimo é de 1 gtt/min Volume padrão (VTBI): 0,1 a 9.999 ml (incremento: 0,1 ml) Horário predefinido: 00:00:01 a 99:59:59, ajustável Volume acumulado: 0,1 a 9.999 ml KVO: 0,1 a 5,0 ml/h ajustável, passo 0,1 ml/h, o padrão é 0,5 ml/h Taxa de purga: 800 ml/h (não ajustável) Taxa de bolus: 0,1 a 2.000 ml/h (automática ou manual) Detecção da oclusão: 4 níveis selecionáveis: 150/300/525/900 mmHg, o padrão é 525 mmHg Antibolus: Bolus inesperado reduzido quando ocorre oclusão Detecção de ar: 6 níveis são ajustáveis, respectivamente (20, 50, .. O motivo da



desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inaceitável e inexecutável.

No dia 21/12/2023, às 10:35:35 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (4) - 4 BICS - BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA - Bomba de infusão microprocessada, que aceite seringa de qualquer marca. Deve permitir seringas com capacidade de, no mínimo, 10, 20, 50ml. Deve garantir doses de infusão de 0,1 a 99,9 ml/h no mínimo; Possuir menu para configuração de lista de drogas. Deve fornecer controle dos seguintes parâmetros: KVO ajustável com no mínimo vazão: 0,1 ml/h, bolus programável. O aparelho deve possuir os seguintes alarmes ajustáveis audiovisuais: oclusão, KVO, seringa vazia, ausência de seringa, fim de curso bateria fraca, falha de programação. Possuir display de LCD de fácil leitura com informações constantes da velocidade de infusão em ml/h, volume infundido. Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. Acessórios que acompanham: 01 cabo de alimentação, caso necessário. DESCRITIVO COMPLEMENTARO equipamento deverá garantir doses de 0,3 a 99,9 ml/h; Existência de sistema anti-bolus pós-oclusão; Possuir controle dos seguintes parâmetros: Vazã. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inaceitável e inexecutável.

No dia 21/12/2023, às 10:36:10 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (24) - 24 APARADEIRA (COMADRE) - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2.500 ML, TAMANHO ADULTO PADRÃO MUNDIAL, TIPO PÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: C/ALÇA UNID 12. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inaceitável e inexecutável.

No dia 21/12/2023, às 10:36:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (25) - 25 BIOMBOS - Confeccionado em estrutura tubular em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática de alta resistência; Movimentos das faces, através de dobradiças com tratamento anticorrosivo e pintura de alta resistência; As faces deverão ser confeccionadas em lona plástica ou similar, fixa, que facilitam a higienização do mobiliário; Composto no mínimo de 6 rodízios de 2 em todos os pés; com freios nos rodízios das faces laterais; Dimensões (totalmente aberto): 1,80 m (L) x 1,70m. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inaceitável e inexecutável.

No dia 21/12/2023, às 10:36:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo



de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrivo complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:36:53 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:37:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:37:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (32) - 32 LANTERNA CLÍNICA - LANTERNA clínica - prática em metal com diâmetro de 18,5 mm, comprimento 125 mm, estojo plástico, alça e ampla. Deve auxiliar na visualização da cavidade bucal. Alimentada por 2 pilhas AAA (palito), acondicionadas em embalagem plástica. Devem acompanhar: 01 lâmpada reserva, 2 pilhas AAA (palito). O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:37:29 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (33) - 33 LARINGOSCÓPIO - fibra óptica deve acompanhar no mínimo kit adulto (lâminas curvas 1, 2, 3, 4, 5 e retas 0, 1, 2, 3) Laringoscópio - para paciente adulto; pequeno em aço inoxidável recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para pilhas médias; padrão universal, tipo engate rápido para lâmina no padrão internacional; com possibilidade de trabalho para lâminas retas e curvas. Devem acompanhar: 09 lâminas de fibra óptica em aço inoxidável, sendo 01 lâmina curva tamanho 01; 01 curva tamanho 02; 01 curva tamanho 03; 01 curva tamanho 04; 01 curva tamanho 05; 01 reta tamanho 0; 01 reta tamanho 01; 01 reta tamanho 02; 01 reta tamanho 03 e 02 pilhas médias compatíveis com o cabo. Deve ser acondicionado em bolsa de vinil fechada com zíper. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Para efeitos de análise e parecer técnico deve aco. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:37:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:37:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (36) - 36 OTOSCÓPIO - deve acompanhar no mínimo cabeçote com regulador de alta e baixa luminosidade, com visor com lente de aumento 3x, com lâmpada luz halógena de no mínimo 2,5W, com cabo em plástico para pilhas médias. Deve acompanhar: 05 espéculos de 3mm de diâmetro externo, 10 espéculos de 4mm, 10 espéculos de 5mm, 05 espéculos infantis de 2,5mm e embalagem adequada com maleta. É exigido: \*Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. \*Registro no Ministério da Saúde; \*Manual operacional. Conforme parecer anexo a solicitação 0400/2012 da SES. "Cabo com botão liga/desliga. Alimentação por bateria UNID 5. O motivo da desclassificação foi: Licitante



solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.



No dia 21/12/2023, às 10:37:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:38:02 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:38:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:38:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO



CONFECCIONADORA BASE DE MERCÚRIO UNID 25. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:38:49 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (43) - 43 BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO - BALANÇA antropométrica - balança antropométrica digital adulto; de pelo menos 150 kg; base em ferro fundido pintado em epóxi com tratamento anticorrosivo, plataforma em chapa de aço reforçado com tapete de borracha antiderrapante, coluna em tubo de aço com tratamento anticorrosivo pintado em epóxi, indicador luminoso proporcionando boa visibilidade do peso, especialmente em ambientes com pouca iluminação; régua antropométrica em alumínio adonisado embutido na coluna, deve possuir zeragem de peso automático, e tecla tara; divisão de fração 100 gramas com display de 06 dígitos (peso), com antropômetro para medir alturas com escala de no máximo 1,90 m com graduação de 0,5 cm em 0,5 cm; 220 Volts - 60 Hz; manual de operação e serviços, todos os dispositivos necessários ao completo funcionamento do equipamento, garantia mínima de 01 ano para peças e serviços, assistência técnica autorizada pelo fabricante no Estado do Ceará, Certificado de calibração do IN. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:39:18 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance inexequível.

No dia 21/12/2023, às 10:50:13 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (5) - 5 CARDIOVERSOR COM MARCA-PASSO - Com as seguintes características mínimas: Cardioversor portátil com tecnologia de onda bifásica para choque. Possibilidade de desfibrilação em modo sincronizado (cardioversão) e não sincronizado; acessórios: sensor de oximetria adulto e pediátrico; cabo ECG; pás para procedimento adulto e pediátrico; impressora embutida rolos

de papel. Possuir bateria interna recarregável"; " Possuir funcionamento, carga e disparo durante a recarga da bateria"; "Possuir alarmes visuais e sonoros"; "Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 1 (um) ano UNID 3. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance errado.

No dia 21/12/2023, às 10:50:32 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (12) - 12 MANTA TÉRMICA - Manta Térmica Hospitalar: Unidade de aquecimento de manta térmica, com unidade de controle de temperatura do corpo do paciente, que varia de 32° a 43°C. Tempo necessário para que a temperatura da superfície de contato suba de 23°c até 37°c de até 6 minutos. Fluxo de ar, no mínimo, 22 L/s. Alarmes: sistema de sensores para controle automático da temperatura do paciente. Possuir limiar de proteção térmica atuando para temperaturas acima da máxima atingida pelo equipamento. Possuir, no mínimo, 3 modos de operação. Possuir filtro HEPA. Controles digitais em painel selado. Mangueira de conexão de ar medindo no mínimo 1,5m. Alimentação:110/220 Volts 60 Hz. Acompanha: conector de mangueira com desengate rápido, manta térmica adulto e pediátrico. Exigências: Instalação e treinamento operacional para equipes envolvidas diretamente no uso do equipamento. Apresentação de manuais técnicos/operacionais de serviço que comprovem o atendimento às especificações técnicas solicitadas. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance errado.

No dia 21/12/2023, às 10:53:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance errado.

No dia 21/12/2023, às 10:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido:

Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance errado.

No dia 21/12/2023, às 10:54:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (42) - 42 ANDADOR RODÍZIOS DIANTEIROS - NÃO POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação em razão de ter ofertado lance errado.

No dia 21/12/2023, às 11:27:12 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico; sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:28:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (14) - 14 OXÍMETRO DE PULSO DE MESA COM SENSOR ADULTO, INFANTIL E NEONATAL -Monitor eletrônico destinado a medir de forma contínua e não- invasiva a saturação de oxigênio no sangue arterial (SpO2), através de um sensor não invasivo. Deve apresentar display gráfico para a apresentação da SpO2, onda pletismográfica, frequência cardíaca, indicador visual de pulso, mensagens de alarme, deve possuir sistema de iluminação com alto contraste para facilitar a leitura. Contar com três modos de apresentação na tela: normal, números grandes e tendência. Controlar a velocidade da onda pletismográfica. Mensagens de alarmes e condições de funcionamento com apresentação no display. Alarmes audiovisuais com regulagem de baixa e alta SpO2, e de baixa e alta frequência cardíaca (braquicardia e taquicardia). Possua indicação audiovisual de pulso e controles independentes para os volumes de alarme e de indicador auditivo de pulso. Tecla ou função de silenciamento de alarme por no mínimo 2 (dois) minutos. Possuir. O motivo da

desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:29:14 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x; Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estante porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:29:25 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:29:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no

mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:34:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:34:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrição complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confecção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:35:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (50) - 50 MESA DE ALIMENTAÇÃO - MESA de cabeceira com mesa de refeição acoplada -

Montada sobre uma estrutura em tubo com as dimensões mínimas: 50cm x 30cm x 1,2 mm. Deverá ser Construída em chapa de aço inox de no mínimo 0,75 mm. Altura mínima de 85cm e máxima de 124cm UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a".

No dia 21/12/2023, às 11:36:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante solicitou desclassificação alegando ter ofertado produto errado.

No dia 26/12/2023, às 16:18:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED, no lote (7) - 7 ECG ELETROCARDIOGRAMA - Registro manual ou automático em impressora própria com pelo menos 3 traçados em papel termo reativo; com filtros para interferência muscular e de rede elétrica e indicador de eletrodo inoperante ou solto; indicação impressa no registro de: data, hora, derivação, ganho, velocidade, filtros utilizados, eletrodo inoperante, frequência cardíaca e campo para preenchimento de dados do paciente; memória interna para o mínimo de 20 registros; frequencímetro com indicação de pelo menos até 220 bpm; interface para uso com computadores com entrada USB e sistemas operacionais Windows XP ou Windows 7; com software em português necessário para o uso com computadores com as funções mínimas de utilização em rede, visualização do traçado pré registro, geração de exames na forma de arquivos eletrônicos que possam ser exportados (para aplicações em telemedicina), impressão, arquivamento e gerenciamento de pacientes e exames, para livre instalação em qualquer número de computa. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o Lote 07 em razão de não ter apresentado certificados pelas normas de segurança ABNT NBR IEC 60601-2-25 (Eletrocardiógrafos), ABNT NBR IEC 60601-1-1 (Sistemas Eletro médicos) e ABNT NBR IEC 60601-1-4 (Sistemas Programáveis), descumprindo assim, a exigência contida na especificação do lote no Termo de referência, anexo 01 do instrumento convocatório.

No dia 26/12/2023, às 16:20:53 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (13) - 13 MONITORES MULTIPARAMETROS - Monitor multiparamétrico tipo I - Monitor de sinais vitais multiparamétrico pré-configurável - Para monitorização simultânea de ECG/Respiração, SpO2, Pressão não invasiva e 2 canais de temperatura. Para uso Adulto / Pediátrico / Neonatal. Deve ter a capacidade interna de simular sinais vitais para utilização durante treinamento de usuários. Deve possuir comandos do tipo touch-screen e por botão rotativo (ajuste e confirmação). Tela LCD de no mínimo 10 polegadas, sensor de oximetria adulto, pediátrico e neonatal; cabo de ECG 5 vias; cabo de PNI completo adulto e pediátrico;

sensor de temperatura. Tensão de alimentação: Bivolt. Registro na ANVISA"; "Garantia mínima de 01 (um) ano. Possuir bateria interna recarregável de no mínimo 02 horas. O motivo da desclassificação foi: licitante solicitou desclassificação do certame em mensagem enviada em 08/12/2023 às 11:07:33.

No dia 26/12/2023, às 16:22:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes. O motivo da desclassificação foi: licitante solicitou desclassificação do certame em mensagem enviada em 08/12/2023 às 11:07:33.

No dia 26/12/2023, às 16:31:17 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Lote 48, em razão de está acima do valor estimado pela administração e quando convocado, em 21/12/2023-11:40:51, para apresentar contraproposta, informou que não tinha como chegar ao valor de referencia do supracitado lote.

No dia 26/12/2023, às 16:43:05 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (34) - 34 MACAS (MACA CLÍNICA) - material: aço inoxidável, tipo: obeso, acabamento da superfície: pintura eletrostática, rodas: 4 rodízios 8", sendo 2 com freio, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,80 m, capacidade de carga: até 150 kg, componentes: suporte soro removível, pára choque emborrachado, caracterís cas adicionais: cabeceira regulável por cremalheira, grades escamoteáveis, acessórios: colchão coberto com courvin. Descritivo complementar Carro maca simples: Possui suporte de soro, colchonete, grades laterais. Estrutura em tubo, leito fixo estofado e revestido em courvim com cabeceira reclinável - Dimensões: 1,90x0,60x0,80M. Material de confecção aço inoxidável. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite- se variação



de até 10% nas medidas apresentadas. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2, alínea "a".

No dia 26/12/2023, às 16:44:37 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (39) - 39 SUPORTE PARA MEDICAÇÃO - SUPORTE de soro em aço inox Suporte para soro em aço inox - Coluna em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de 1 polegada de diâmetro; Altura regulável através de anel ou manipulo de fixação; Haste em tubo de aço inoxidável (AISI 304) de ¾ polegadas de diâmetro com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base em aço inoxidável (AISI 304), apoiado em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto ofertado. UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2, alínea "a".

No dia 26/12/2023, às 16:47:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (45) - 45 CADEIRA HIGIENICA - CADEIRA de rodas com assento sanitário - estrutura totalmente em aço inox 304: 04(quatro) rodas baixas, com pneus maciços. Peso mínimo suportado 120kg UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2, alínea "a".

No dia 08/01/2024, às 09:44:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 29, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos no Termo de Referência: Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07,

Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA, Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO.

No dia 08/01/2024, às 09:49:31 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o Item 35 em razão de não ter apresentado Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável exigido na descrição do Termo de Referência.

No dia 08/01/2024, às 09:51:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 37 em razão de está acima do valor estimado pela administração e quando convocado para apresentar contraproposta em 26/12/2023-15:48:17 informou que não tinha como chegar no valor de referência.

No dia 08/01/2024, às 10:24:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 35 em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos no termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a

ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 08/01/2024, às 10:27:07 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manipulô de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 40 em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002, Catalogo ou folder do produto.

No dia 08/01/2024, às 10:59:12 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 28 com se no item 8.5 do edital, em razão de está acima do valor estimado pela administração e quando convocado para apresentar contraproposta em 21/12/2023-10:52:16 não o fez.

No dia 08/01/2024, às 11:03:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 49 em razão de não ter apresentado os seguintes

documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 08/01/2024, às 14:48:37 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR IND DE EQUIP MEDIC, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de está acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 21/12/2023-10:56:35, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação. Informo ainda que foi enviada, no mesmo dia da convocação para contraproposta, uma proposta de preço final por parte da arrematante, mas não estava adequada ao valor estimado.

No dia 09/01/2024, às 11:47:03 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 18 em razão de está acima do valor estimado pela administração; informo que a empresa foi convocada para apresentação de contraproposta em 08/01/2024-10:56:21, mas não o fez.

No dia 09/01/2024, às 11:50:59 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (26) - 26 CARRO DE CURATIVO/BANHO NO LEITO - Carro aço inox para curativo, tipo de estrutura: estrutura tubular e tampos em aço inox, tipo rodízio: rodízios 3", acessórios: com balde e bacia acoplados, medida: 0,45m x 0,85m x 0,85m. Descrição complementar Carro de Curativos: Confeccionado em aço inox, com 2 prateleiras. Com balde de 10L, bacia 40 cm e suporte em aço inox. Rodízios giratórios. Altura 0,80 cm, largura 0,40 cm. Capacidade de carga 30 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado para o item 26 com base no item 11.1.8 do edital, uma vez que, após ser convocada em 08/01/2024 às 11:05:13, não apresentou proposta de Preços Final para o referido item.

No dia 09/01/2024, às 11:52:04 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendelemburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrição complementar Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica: Adulto. Confeção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m. Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado para o item 46 com base no item 11.1.8 do edital, uma vez que, após ser convocada em 08/01/2024 às 11:05:13, não apresentou proposta de Preços Final para o referido item.

No dia 09/01/2024, às 16:05:20 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de

boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 "a" doo edital, bem como não apresentou os certificados exigidos na descrição do item no Termo de Referência.

No dia 09/01/2024, às 16:10:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 37 em razão de estar acima do valor estimado pela administração e quando convocado para apresentar contraproposta em 09/01/2024-08:05:03 não fez.

No dia 09/01/2024, às 16:12:01 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 38, em razão de não ter apresentado Registro na Anvisa, exigido na especificação do referido item no Termo de referência.

No dia 09/01/2024, às 16:15:06 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 40, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos, exigidos na especificação do referido item, no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Catalogo ou folder do produto.

No dia 09/01/2024, às 16:20:59 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (38) - 38 REANIMADOR PULMONAR MANUAL PARA USO ADULTO COM RESERVATÓRIO - MATERIAL DE CONFECÇÃO: POLIVINIL /COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL: Com Máscara facial de silicone para uso adulto, conexão de entrada para alimentação com oxigênio; bolsa para transporte. Registro na ANVISA. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 "a" do edital e também não apresentou Registro do produto na Anvisa exigido na descrição do termo de referência.

No dia 09/01/2024, às 16:22:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 "a" do edital e também não apresentou os seguintes documentos exigidos na descrição do item no termo de referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Catalogo ou folder do produto.

No dia 10/01/2024, às 08:55:22 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 209, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na

especificação do referido item no termo de referência: Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO, Licença Sanitária Estadual ou Municipal do fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA do fabricante.

No dia 10/01/2024, às 11:11:09 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 23, em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Saliente-se que a empresa foi convocada, em 09/01/2024-15:10:30, porém não apresentou.

No dia 10/01/2024, às 11:14:49 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 28, em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Saliente-se que a empresa foi convocada, em 09/01/2024-16:02:59, porém não apresentou.

No dia 10/01/2024, às 11:15:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 37, em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Saliente-se que a empresa foi convocada, em 09/01/2024-16:17:43, porém não apresentou.

No dia 10/01/2024, às 11:25:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico



deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado, para o item 40, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Catálogo ou folder do produto.

No dia 10/01/2024, às 11:27:32 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catálogo ou folder em português. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 44, em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Saliente-se que a empresa foi convocada, em 08/01/2024-10:17:41, para apresentação de contraproposta, porém não apresentou.

No dia 10/01/2024, às 11:31:26 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m<sup>3</sup>/h, largura entre 90 e 150cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 48, em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Saliente-se que a empresa foi convocada, em 09/01/2024-15:12:24, para apresentar contraproposta, porém não apresentou.

No dia 10/01/2024, às 14:17:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo

piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 49, em razão de não apresentar os seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 10/01/2024, às 14:20:37 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (46) - 46 CAMAS HOSPITALARES - Cama hospitalar, material: aço inoxidável, acabamento da superfície: pintura eletrostática, tipo: 3 manivelas escamoteáveis, rodas: 4 rodízios de 5", freio em 2 rodízios diagonais, comprimento: até 1,90 m, largura: cerca de 0,80 m, altura: cerca de 0,60 m, capacidade de carga: até 150 kg, tipos de acionamento: manual, componentes: suporte de soro, características adicionais: posições de trendeleburg, fowler e reverso, cabeceira, peseira, grade escamoteáveis. Descrevo complementar Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica: Adulto. Confecção da estrutura e chapa em aço inox. Grades laterais em aço inoxidável. Possui rodízios. Acionamento por meio de 03 manivelas. Cabeceira e peseira em poliuretano. Colchão hospitalar com D 28 no mínimo. Medindo: comprimento 2,00m x largura 0,80m x altura 0,65m . Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas UNID 20. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 46, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final descumprindo assim o item 11.1.8 do edital.

No dia 10/01/2024, às 14:25:23 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (41) - 41 TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AXILIAR E ORAL DE PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA - TIPO AXILAR E ORAL, MODO DE MEDIÇÃO DIGITAL; POSSUI INDICADOR DE BATERIA; MEMORIZA A ÚLTIMA TEMPERATURAE A ÚLTIMA MEDIÇÃO; TEMPO DE MEDIÇÃO DE ATÉ 90 SEGUNDOS; TAMANHO DO VISOR 1,5CM (C) X 0,6CM (L); POSSUI ALARME DE SEGURANÇA - ALARME SONORO PARA INDICAR QUE A MEDIÇÃO ACABOU; POSSUI SINALIZADOR ELETRÔNICO; PRODUTO NÃO CONFECCIONADOA BASE DE MERCÚRIO UNID 25. O motivo da desclassificação foi: licitante desclassificado, para o item 41, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final, após ter sido convocado em 09/01/2024 às 11:04:32, descumprindo assim o item 11.1.8 do edital.

No dia 10/01/2024, às 14:37:11 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 18, com base no item 8.5 do edital, em razão de estar acima do valor estimado pela administração e, quando convocado, em 09/01/2024-15:22:01, para apresentação de contraproposta, não apresentou.

No dia 11/01/2024, às 14:08:24 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Pannel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 16, em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final após ter sido convocado em 09/01/2024 às 11:03:36, descumprindo assim o item 11.1.8 do edital.

No dia 11/01/2024, às 14:17:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO,

COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o Item 28, em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Saliente-se que a empresa foi convocada, em 10/01/2024-15:08:09, porém não apresentou.

No dia 11/01/2024, às 14:31:08 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLÓ, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 09/01/2024-15:58:48, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 11/01/2024, às 14:43:13 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possui botões liga/desliga e reprogramar. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 10/01/2024-15:01:59, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 11/01/2024, às 14:56:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 37 em razão

de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 10/01/2024-14:39:06, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 12/01/2024, às 10:21:22 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 11/01/2024-14:34:08, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 12/01/2024, às 10:57:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 28 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 11/01/2024-14:44:26, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 12/01/2024, às 11:16:44 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no

Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 "a" do edital, e também não apresentou os seguintes documentos constantes na descrição do item no termo de referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 15/01/2024, às 08:33:28 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 12/01/2024-10:21:58, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 08:34:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2

alínea "a".

No dia 15/01/2024, às 08:52:13 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - JARAGUA MERCANTIL LTDA, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 23 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 12/01/2024-10:30:42, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 09:06:56 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (40) - 40 SUPORTE PARA SORO PARA RESSONANCIA MAGNETICA - SUPORTE de soro confeccionado em material não magnético; Altura regulável através de anel ou manípulo de fixação; Haste com 04 (quatro) ganchos perfilados na extremidade superior; Base apoiada em 4 rodas de 2 polegadas; Dimensões aproximadas: altura máxima 2,40m e mínima 1,70m; É exigido: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português ou com tradução do texto para a língua portuguesa com informações que permitam identificar as características técnicas do produto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 40 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 10/01/2024-15:10:24, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 09:07:33 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi:

Licitante desclassificado para o item 40 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 12/01/2024-11:21:05, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 09:08:54 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m3/h, largura entre 90 e 150cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 48 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 12/01/2024-11:13:25, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 09:09:58 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - M F A AGUIAR EPP, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 44 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 12/01/2024-11:03:51, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 14:31:10 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A., no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB,



disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-08:42:25, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 14:37:03 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 23 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-09:20:02, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 14:41:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 37 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-09:03:41, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 14:42:44 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (37) - 37 PAPAGAIO URINOL - papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0l; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 "a" do edital.

No dia 15/01/2024, às 14:43:27 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m<sup>3</sup>/h, largura entre 90 e 150cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 48 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-09:12:09, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 14:44:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (48) - 48 CORTINAS - Cortina de ar com controle remoto, vazão mínima de 1750m<sup>3</sup>/h, largura entre 90 e 150cm. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 "a" do edital.

No dia 15/01/2024, às 15:35:44 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (18) - 18 SELADORA DE EMBALAGENS COM ACIONAMENTO POR PEDAL - Permitir a selagem no mínimo de embalagens de papel grau cirúrgico; Possuir pelo menos botão liga/desliga e ajuste digital dos parâmetros de selagem (como temperatura); Possuir gabinete externo confeccionado em aço com pintura eletrostática; Controle digital de temperatura ajustável pelo menos até 200 ° C; Largura de selagem 13mm, largura máxima da embalagem de 300 a 400 mm; Peso máximo de 15 kg e potência de 200 a 300w; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento. Alimentação elétrica: 220v/60 Hz. Possuir conformidade com a(s) norma(s) NBR IEC 60601 ou equivalente do país de origem. EXIGÊNCIAS: Todas as instalações necessárias ao perfeito funcionamento do equipamento são de responsabilidade do fornecedor. Garantia mínima de 12 (doze) meses contados a partir da data de instalação e treinamento operacional dos equipamentos/bens, devidamente testado e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mes. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 18 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 11/01/2024-14:37:11, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 15/01/2024, às 16:10:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de não ter apresentado o Registro na ANVISA ou declaração de isenção exigido na descrição do referido item no Termo de Referência.

No dia 15/01/2024, às 17:03:26 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - VMI TECNOLOGIAS LTDA., no lote (16) - 16 RAIOS - X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA

UP

JP

para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final, a qual foi solicitada em 15/01/2024 às 11:09:19.

No dia 18/01/2024, às 08:22:39 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (6) - 6 CR-DIGITALIZADOR DE IMAGEM RADIOGRÁFICA - RM Sistema de Digitalização de Imagens de Raios-X por placas de fósforo monocassete. As digitalizações das imagens de radiologia convencional devem possuir resolução mínima de 10 pixels / mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios-X. Capacidade de processamento mínimo de 40 cassetes / hora no tamanho 35 x 43 cm. Console de operação dedicado à revisão de imagens digitais de Raios-X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: monitor LCD de alta resolução, no mínimo 17 polegadas e sensível ao toque (touch screen), memória local de no mínimo 2GB, disco rígido local de pelo menos 150 GB, armazenamento em disco local de pelo menos 2000 imagens, leitor para identificação dos cassetes. Processamento de imagem e processamento multi-frequencial. Gravação de imagem DICOM com visualiz. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 06 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-14:31:51, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 18/01/2024, às 08:33:47 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - JARAGUA MERCANTIL LTDA, no lote (16) - 16 RAIOS X PORTÁIL - APARELHO MÓVEL APARELHO DE RAIOS X MÓVEL - Comando e gerador de raios-x: Potência de no mínimo de 20kW ou superior; Sistema de Controle microprocessador; Painel de membrana com teclas do tipo simples toque; kV para Radiografia de 40kV ou menor a 125kV ou maior (com ao menos 23 passos ou mais); mA para Radiografia de pelo menos 200 mA ou maior; Variação de mAs de 0,5 ou menor a 160mAs ou maior; Tempo de exposição mínimo de 4 ms ou menor; Programa de detecção de falhas com indicação no display digital do painel; Acionamento de ânodo giratório por impulso rápido; Cabo disparador em dois estágios com comprimento de no mínimo 3m; Cabo de rede com comprimento de no mínimo 4m; Conexão via tomada simples de 3 pinos; Braço articulado pantográfico ou telescópico; Sistema conjugado ao gerador; Estativa porta

tubo com braço articulado ou telescópico; Rotação do conjunto Unidade Selada/ Colimador de 170 graus; Tubo de Raios X com anodo giratório de rotação de no mínimo 2.800 R. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 16, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos, exigidos na descrição do referido item no termo de referência: Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle por linha de produção / produtos, emitido pela ANVISA, com cópia da publicação do Diário Oficial da União; Certificado de Registro de Produtos emitido pela ANVISA, com cópia da publicação no Diário Oficial da União; Certificado de conformidade com as normas NBR IEC / INMETRO ou equivalente do País de origem do equipamento desde que reconhecida pelo INMETRO (IEC, CE, etc.); Manual de operação em português.

No dia 18/01/2024, às 08:34:41 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (23) - 23 VENTILOMETRO - Aparelho para medição do volume de corrente de ar expirado. Construído em aço inoxidável; Com os respectivos conectores; Diâmetro do mostrador de no mínimo 35 mm; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Acompanha adaptador, maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento. Deve avaliar volume/ minuto e volume/corrente. Possuir botões liga/desliga e reprogramar. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 23 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-14:39:12, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 18/01/2024, às 08:38:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 28 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-14:40:38, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 18/01/2024, às 08:40:43 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços

bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 44 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-09:11:31, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 18/01/2024, às 08:41:19 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus - construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 49 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 15/01/2024-09:11:31, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 19/01/2024, às 08:15:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 18/01/2024-08:37:59, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 19/01/2024, às 08:16:33 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE

SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a" do edital.

No dia 19/01/2024, às 08:24:19 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 35, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 19/01/2024, às 08:28:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de ¾ polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 35, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 19/01/2024, às 08:35:23 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304;

Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de  $\frac{3}{4}$  polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 35, em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a" do edital, e também não apresentou os seguintes documento exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 19/01/2024, às 08:37:36 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de  $\frac{3}{4}$  polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 35, em razão de não ter apresentado os seguintes documento exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 19/01/2024, às 08:40:19 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (35) - 35 MESA DE MAYO INOX - Características Mínimas: Coluna em tubo redondo de 1 polegada de diâmetro 1,25 mm de espessura da parede e em aço inoxidável AISI 304; Armação de apoio para bandeja com haste de tubo redondo de  $\frac{3}{4}$  polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede em aço inoxidável AISI 304; Altura regulável com anel de fixação no tubo externo da coluna; Equipada com bandeja de aço inoxidável AISI 304 com aproximadamente 0,35 x 0,50 m; Rodízios de 2 polegadas de diâmetro com aro de polietileno. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço

inoxidável. UNID 10. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado, para o item 35, em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável.

No dia 19/01/2024, às 11:09:05 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado a Proposta de Preços Final solicitada em 15/01/2024 às 17:01:08.

No dia 23/01/2024, às 08:33:57 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 19/01/2024-08:17:22, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 23/01/2024, às 08:34:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA, no lote (28) - 28 CARRO MACA PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA - MATERIAL NAO MAGNETICO; COM CABECEIRA, CINTO, GRADE LATERAL, RODÍZIO COM FREIO, COLCHONETE, SUPORTE PARA SORO: NÃO MAGNÉTICO. TODO O MATERIA DEVE SER NÃO MAGNÉTICO. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 28 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 19/01/2024-08:17:57, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.



No dia 23/01/2024, às 08:36:04 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 29 em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do referido no Termo de Referência: Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;.

No dia 23/01/2024, às 08:38:10 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (44) - 44 CADEIRA DE RODAS ADULTO - em alumínio, construída com tubos de alumínio aeronáutico, acabamento em pintura eletrostática, suporte de soro em aço inox AISI 304; tamanho adulto, largura de aproximadamente 40 cm; dobrável em duplo x, rodas traseiras raiadas de aproximadamente 24 polegadas de diâmetro, pneus maciços, aro de impulsão em alumínio, rodas dianteiras de no mínimo 6 polegadas, garfo de alumínio, aro de borracha maciça, movimentada sobre rolamentos de esfera; freios bilaterais ajustáveis; braços bilaterais escamoteáveis com protetor de roupas e apoio de braço; descansa pernas elevável e destacável em alumínio ou polietileno; pedais removíveis e eleváveis, com apoio de pé rebatível e ajustável na altura; confeccionado em nylon impermeável; encosto e assento acolchoado. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde; Para efeitos de análise e parecer técnico deve acompanhar a proposta: Catalogo ou folder em português. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 44 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 19/01/2024-08:41:53, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 23/01/2024, às 08:39:46 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote

(49) - 49 ESCADINHAS PARA CAMA - ESCADA hospitalar - escada de 2 degraus construída em tubos de aço inoxidável AISI 304 de aproximadamente 1 polegada de diâmetro e 1,25 mm de espessura de parede; pés providos de ponteiros de borracha, estrutura tubular de 1 polegada de diâmetro e 1,2 mm de espessura. Medidas aproximadas: piso 22 cm de largura e 30 cm de comprimento, altura do primeiro piso: 20 cm e segundo piso: 38 cm, com 58 cm de altura total. Piso em borracha antiderrapante protegido por cantoneiras de aço inoxidável (AISI 304) em toda volta, sem arestas ou pontos cortantes. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após o aceite definitivo do equipamento. Registro no Ministério da Saúde ou cadastro de isenção do mesmo junto a ANVISA, conforme RDC 185/2001 e 260/2002. Laudo ou comprovante da liga AISI do aço inoxidável; UNID 50. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 49 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 19/01/2024-08:41:14, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 23/01/2024, às 08:47:55 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LRF DISTRIBUIDORA LTDA, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01 braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 29 em razão de não ter atendido aos seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de referência: Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA;.

No dia 23/01/2024, às 08:55:45 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (29) - 29 ESFIGNOMANOMETRO DE PEDESTAL - Manômetro grande com 130 mm de diâmetro, mostrador branco e cinza com numeração e ponteiro em preto e de fácil leitura, possibilidade de giro horizontal do manômetro não inferior à 90°, escala de 0 à 300 mmHg, válvula metálica tipo rosca para precisa seleção da descarga de ar, montado sobre pedestal em aço com pintura epóxi e 5 Rodízios. Registro na ANVISA. Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/N° 095 de 18/04/07. Garantia mínima de 12 meses. Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO. Devem acompanhar: 02 peras com válvulas, 01



braçadeira em nylon com fecho em metal tamanho adulto e 01 tamanho adolescente. É exigido: Garantia mínima de 12 meses após a instalação do equipamento; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Registro e ou cadastro de isenção ANVISA; Licença Sanitária Estadual ou Municipal da licitante e fabricante; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 29 em razão de não ter apresentado os seguintes documentos exigidos na descrição do referido item no Termo de Referência: Registro na ANVISA; Conformidade com a Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 095 de 18/04/07; Certificado de calibração expedido pela RBC/INMETRO; Certificado de boas práticas de fabricação da ANVISA; Autorização de Funcionamento AFE ANVISA da licitante e fabricante;.

No dia 24/01/2024, às 08:31:42 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 23/01/2024-08:43:01, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 25/01/2024, às 16:36:21 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 24/01/2024-08:32:50, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 26/01/2024, às 08:44:52 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 25/01/2024-16:37:17, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 26/01/2024, às 14:19:00 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado para o item 27 em razão de estar acima do valor estimado pela administração. Informo que, em 26/01/2024-08:46:43, foi solicitado o envio de contraproposta, porém não houve oferta de adequação.

No dia 26/01/2024, às 14:20:31 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, no lote (27) - 27 CARRO DE EMERGENCIA SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI SUPORTE DE SORO: POSSUI GAVETAS: NO MÍNIMO 3; SUPORTE PARA CILINDRO: POSSUI TÁBUA DE MASSAGEM: POSSUI RÉGUA DE TOMADAS (03 tomadas): COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50 M; RÉGUA DE GASES; Registro na ANVISA ou declaração de isenção. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter atendido ao item 11.2 alínea "a" do edital.

No dia 20/02/2024, às 16:31:26 horas, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S. Recurso administrativo devidamente julgado pela autoridade competente.

No dia 20/02/2024, às 16:34:30 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação

Mandatária Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado uma vez que o equipamento ofertado não atende o edital, conforme segue: Microtak Resgate 920 não atende a todas as especificações técnicas estabelecidas no edital. Em particular, identificamos as não conformidades nos seguintes pontos: Modo de ventilação: O modelo RUAH não oferece suporte aos modos de ventilação SIMV/CPAP/VC/PC conforme exigido no edital. Monitor de 12 polegadas com touch-screen: O modelo RUAH não apresenta um monitor de 12 polegadas com touch-screen, como especificado no edital. Concentração de O2: Embora o manual indique uma faixa de concentração de O2 de 21% a 100%, verificou-se que o atendimento efetivo ocorre apenas após 50%, o que não está em conformidade com a exigência do edital.

No dia 20/02/2024, às 16:36:03 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a. Recurso administrativo devidamente julgado pela autoridade competente.

No dia 20/02/2024, às 16:36:51 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação:



assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado uma vez que o equipamento ofertado não atende as especificações do edital, conforme segue; modelo RUAH da CmosDrake não atende a todas as especificações técnicas estabelecidas no edital. Em particular, identificamos as não conformidades nos seguintes pontos: Modo de ventilação: O modelo RUAH não oferece su-porte aos modos de ventilação SIMV/CPAP/VC/PC conforme exigido no edital. Monitor de 12 polegadas com touch-screen: O modelo RUAH não apresenta um monitor de 12 polegadas com touch-screen, como especificado no edital. Concentração de O2: Embora o manual indique uma faixa de concentração de O2 de 21% a 100%, verifi-cou-se que o atendimento efetivo ocorre apenas após 50%, o que não está em conformidade com a exigência do edital.

No dia 21/02/2024, às 10:49:34 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU, no lote (21) - 21 VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessador, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte à volume; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada, inclusive em SIMV ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Terapia de Oxigênio de Alto Fluxo; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva, inclusive em Neonatal; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Com possibilidade de inclusão de modo de ventilação proporcional com sincronismo/ adaptação do paciente-ventilador para uma melhor mecânica respiratória (NAVA, , SmartCare, PAV, ASV, AVA ou similar) ao menos para pacientes adultos/pediátricos. S. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado catálogo do equipamento, o qual foi exigido, via mensagens do pregão, em 20/02/2024 às 17:02:46.

No dia 21/02/2024, às 10:50:16 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - desclassificou o fornecedor - MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de

FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a. O motivo da desclassificação foi: Licitante desclassificado em razão de não ter apresentado catálogo do equipamento, o qual foi exigido, via mensagens do pregão, em 20/02/2024 às 17:05:37.

No dia 08/03/2024, às 16:43:03 horas, no lote (22) - 22 VENTILADORES PULMONARES PARA PACIENTE ADULTO / PEDIÁTRICO - Montado em base móvel, provida de rodízio com freios; Com monitor gráfico para visualização de no mínimo 03 curvas simultâneas, com tela colorida de no mínimo 12"; Dispor de software de interpretação de curvas, loop, tendências, parâmetros, análise de FiO2 de 21% a 100%; Ventilador volumétrico totalmente microprocessado para utilização em pacientes adulto. Possua, no mínimo, os seguintes modos de ventilação: assistida/controlada, IMV, SIMV, PEEP, CPAP, pressão de suporte, SIMV/CPAP, VC e PC"; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 02 (duas) horas; Blender com concentração de O2 na faixa de 21% a 100% podendo ser mecânico ou eletrônico com acessórios mínimos:- Umidificador aquecedor - opcional; Reservatórios para umidificador, autolaváveis; Máscaras para uso em ventilação não invasiva; Pedestal/carrinho de suporte com braço articulado para suporte circuito paciente; Mangueiras para ligação com circuitos de a. Licitante não apresentou a peça recursal no prazo legal.

No dia 13/03/2024, às 16:04:35 horas, no lote (20) - 20 ULTRASSONOGRAFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19"; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e tríplice; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz. Recurso devidamente respondido pela autoridade competente do certame.

*[Handwritten signatures and marks]*

No dia 13/03/2024, às 16:04:35 horas, no lote (20) - 20 ULTRASSONOGRRAFIA - Sistema completamente digital com, no mínimo, 35.000 canais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software geral para aplicações em exame de medicina interna, obstetrícia/ginecologia, urologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético), vascular cerebral, vascular periférico, vascular abdominal e cardiologia. Equipamento leve para fácil locomoção, sobre rodas; Frame Rate superior a 1.000 quadros/s; Faixa dinâmica de no mínimo 170 dB; Profundidade mínima de penetração de 30 cm; Monitor LCD colorido de no mínimo 19 ; Teclado não retrátil; Imagem de alta definição com 256 níveis de cinza para o modo 2D; Conexão simultânea e ativa para, no mínimo, três transdutores sem adaptação; Possuir pelo menos 8 zonas focais; Zoom e pan zoom, em tempo real e com imagem congelada; Operação nos modos B / D / C / M / BB / BD / BM, Doppler Espectral, duplex e triplex; Doppler pulsado e contínuo dirigível, Power Doppler, e Power Doppler direcional; Coloriz. Recurso devidamente respondido pela autoridade competente do certame.

No dia 13/03/2024, às 17:09:10 horas, o Pregoeiro da licitação - OSEIAS LUIS IRINEU - alterou informações na licitação. O texto da justificativa foi: CADASTRAR ATA DE REGISTRO DE PREÇO (23.11.10/ARPPE - 08/03/2025) LICITAÇÃO.


No dia 13/03/2024, às 17:12:42 horas, a autoridade competente da licitação - VANESSA KELRY MONTENEGRO DE OLIVEIRA - alterou a situação da licitação para homologada.

Diante do registro de intenção do representante AVELINO DE CAMPOS FIGUEIRA da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA no lote (8) - 8 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL DE ALTA RESOLUÇÃO, leve, com peso de até 4 kgs para agilidade no transporte e uso em locais onde seja necessário o acesso ao paciente e realização de exames com alta qualidade técnica dentro e fora da sala de exames; para aplicações cardíacas, vasculares, ginecológicas, obstétricas, renais, tireoide, musculoesquelética, abdominais, pequenas partes; sistema digital de alta resolução com pelo menos 50.000 canais digitais de processamento; com bateria recarregável com duração de no mínimo 1 hora sem que seja necessária a conexão à rede elétrica; Com os seguintes acessórios e especificações mínimas mínimos: monitor colorido LCD ou LED de pelo menos 10 ; Modos de imagem B, M, Doppler contínuo, pulsátil, colorido, M-anatômico, duplex, triplex; possuir harmônica tecidual de pulso invertido; otimização automática em tempo real de imagem 2D ao toque de um botão; otimização automática da imagem bidimensional; imagem trapezoidal nos transdutores lineares; softw. em interpor recurso o Pregoeiro da disputa abriu prazo legal para apresentação formal das razões e contra razões do recurso.


Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações



detalhadas sobre o andamento do processo.

  
**OSEIAS LUIS IRINEU**  
Pregoeiro da disputa

**VANESSA KELRY MONTENEGRO DE OLIVEIRA**  
Autoridade Competente

  
**JOSE HIACOW COELHO DUTRA**  
Membro Equipe Apoio

**Proponentes:**

- 10.238.563/0001-76 AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.
- 46.563.938/0013-54 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA
- 10.769.989/0001-56 CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA ME
- 07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
- 34.055.837/0001-50 CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQU
- 46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA
- 81.618.753/0001-67 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA
- 03.748.673/0001-12 ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
- 33.255.787/0001-91 IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
- 13.200.879/0001-67 INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPI
- 11.042.902/0001-07 INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 38.098.716/0001-46 INTENSIMED COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MAT. HOSPITA
- 49.520.521/0001-69 INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA.
- 13.390.706/0001-59 JARAGUA MERCANTIL LTDA
- 36.371.827/0001-59 JPL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMEN
- 21.971.041/0001-03 K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
- 71.256.283/0001-85 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BR IND DE EQUIP MEDIC
- 79.805.263/0001-28 KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LT
- 03.183.450/0001-55 LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
- 04.187.384/0001-54 LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.
- 42.650.279/0001-07 LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED
- 02.799.882/0001-22 LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- 49.464.926/0001-27 LRF DISTRIBUIDORA LTDA
- 23.453.855/0001-73 M F A AGUIAR EPP
- 01.298.443/0002-54 MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A
- 08.458.279/0001-63 MARINHO SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
- 13.576.534/0001-02 MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
- 05.696.303/0001-04 MSB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA EPP
- 01.405.834/0001-40 MTB TECNOLOGIA LTDA
- 20.782.880/0001-02 NORDESTE MEDICAL REPRESENT IMP EXP DE PROD HOSPITA
- 58.295.213/0021-11 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
- 44.239.382/0001-86 PHOENIX LUFERCO LTDA
- 09.485.574/0001-71 PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA



28.578.249/0001-06 REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUT RADIOLO  
11.726.439/0001-12 S & A COMERCIO VAREJ. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES  
08.675.394/0001-90 SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA  
31.829.598/0002-30 TECME DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA  
02.659.246/0001-03 VMI TECNOLOGIAS LTDA.

